

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

2

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	ד.ו.א. 151
תאריך:	10/06/18

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הכדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040014193	INSIGHT 2 UPG 7 10 , 6145
2	1008889016	חלפים ותיקונים- בדולר

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 17,020 + מע"מ

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

המרכז הרפואי שיבא
תל השומר



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים
שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

29 במאי 2018
מספרט: יש/2018-0246
תיק: 1001

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: ח.נ. מרכזי – שדרוג ניידת שיקופים תוצרת HOLOGIC

חניידת שבנדון מדגם INSIGHT, מס' סדי' 09/907/32 תקולה עקב בלאי.

חב' מדטכניקה נציגת היצרן הבהירה כי על מנת לחשמיש חניידת נדרש לבצע שדרוג ע"י החלפת המחשב הישן במחשב חדש עם תוכנת WIN7 + תוכנות חדשות אשר ליצרן בלעדיות עליהן, וכן החלפת לוח הפיקוד במכשיר.

רצ"ב הצעת החברה אותה מומלץ לממש.

לא ניתן לבצע השדרוג ע"י גורם זולת חב' מדטכניקה נציגת היצרן. לפיכך ניתן לראותה ספק יחיד על כל המשתמע מכך.

יש לתקצב השדרוג מתקציב הצטיידות בלאי.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר