

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הכרז
יחידה מזמינה:	שקופ אגרוס
תאריך:	22/05/18

קרן מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
4	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
1	1095076774	INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR
3	1095056032	MULTI MEASUREMENT SERVER-MODULE M3001A
2	1040013815	E24 ONE LITHIUM ION BATTERY

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

22 במאי 2018  
מספר: יש/2018-0232  
תיק: 1120

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: שיקום אורטופדי – חו"ד לרכישת מוניטור

דוא"ל רון בן אלי מיום 9.5.18

בהמשך לסימוכין נדרש מוניטור נייד (ללא עגלה) בכמות 1 יח.

מאחר ובמחלקה מוניטור מתוצרת פיליפס דגם MP-20 על מנת לאפשר שימוש באביזרים זהים קיים הכרח לרכישת דגם MX-450 המחליף את דגם MP-20.

הפרמטרים הפיזיולוגיים הנדרשים לניטור: ECG, HR, NIBP, SPO2, TEMP

רצ"ב הצעת מחיר אותה יש לממש בכמות 1 יח מכל פריט (סה"כ 10 פריטים)

הבהרה: ההחלטה על רכישת דגם מתוצרת פיליפס כאמור מקורה בצורך החיוני לאחידות האביזרים של המוניטורים במחלקה (כולל מודול).  
ללא הצורך החיוני הרכישה היתה בהתאם לשיקול כלכלי בין דגמי מכשור מקבילים.

אחריות 24 חודשים מיום הקליטה בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: מר רון בן אלי  
גבי עזרא סיגל