



## אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 182250

יחידה מזמינה: בנק הדם

מחות הרכישה: עסקת מתכלים למכשיר TRIMA


סכום הרכישה מטבע ספק: 5,405,400 ש"ח (כולל מע"מ)

ספק פוטנציאלי: בפקס בע"מ


הוועדה התכנסה בתאריך 6.3.18 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

דוא"ל להגשת השגות: [tenders-tasmc@tasmc.health.gov.il](mailto:tenders-tasmc@tasmc.health.gov.il)  
יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:

  
ד"ר שירי בן זאב

  
שמואל עמר

  
עו"ד רוני אדרי

  
יוסי שחר



## Biomedical Engineering

## הנדסה ביורפואית

13 בדצמבר 2017

סימוכין: 22-12

לכבוד  
וועדת רכישות  
כאן

### הנדון: רכישת מערכת אפרזיס עבור בנק הדם

בבנק הדם נדרשת מערכת אפרזיס אוטומטית ומהירה בעלת נפח חוץ גופי קטן מ 200 ml להתרמת מוצרי דם. המערכת צריכה להיות בעלת גמישות שתאפשר להתרים כל מוצר דם בכל קומבינציה: באותו סט יהיה ניתן להתרים מאותו תורם שלושה מרכיבי דם שונים לפי הצורך בכל קומבינציה של שלושה, שניים או מוצר אחד (כדוריות אדומות, טרומבוציטים ופלסמה). המערכת צריכה לאפשר להתרים תורמים עם ספירת טסיות נמוכה וורידים דקים, ובו בזמן לאסוף 2-3 מנות טסיות בזמן קצר. בנוסף לכך, נדרשת יכולת הגדרה מראש של פרוצדורות כדי להבטיח אחידות במוצרים, שליטת המנהל בתהליך ונוחות שימוש.

מבדיקות שערכנו (התייעצות עם מומחים, שיחות עם ספקים, חיפוש באינטרנט) מתברר שרק לחברת בפקס ישנה מערכת ייחודית התואמת את דרישות המעבדה המפורטות למעלה – מערכת דגם Trima Accel, תוצרת חברת Terumo.

לדעתי אין חברה אחרת בשוק המוכרת מערכת העונה לדרישות המעבדה המפורטות למעלה. מדובר בציוד ייחודי, ולכן, לאור נתונים אלה, יש לראות בחברת בפקס (נציגת היצרן בארץ) ספק יחיד למקרה זה.

למערכת אישור אמ"ר המבוסס על אישור FDA כנדרש.  
מערכת כוללת:

TRIMA ACCEL - מק"ט - 6018200724

TSCD II – מק"ט – 6018200627

HWG – מק"ט - 6018200683

בברכה,  
לנה זלמן  
ראש צוות הנדסה רפואית

טל': 03-6973208 | פקס: 03-6973440

טל': \*8801 | www.fasmc.org.il | רח' יענקל' 6, תל אביב. 6423906, Tel Aviv, Weizman St. 6