

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. נימוקים והערות נוספות.

כ"ב אדר'ה ב' ש"ל (י"ב) א"כ א"כ"ל

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרו.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

צ"פ כ"ב א"כ"ל	כ"ב ח' א"ב	3. כ"ב א"כ"ל
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

רבינוביץ צפורה

מאת: דר גיל
נשלח: יום חמישי 17 מאי 2018 11:40
אל: רבינוביץ צפורה
נושא: בקשה לציוד חדשןבלאי אורתופדיה אונקולוגית: FW

נא טיפולך

בברכה,
גיל דר
C.T.O
טל: 03-5303795/7477

From: ליברמן בועז, דר
Sent: Thursday, May 17, 2018 9:07 AM
To: דר גיל <Gil.Dar@sheba.health.gov.il>
Subject: RE: בקשה לציוד חדשןבלאי אורתופדיה אונקולוגית

מכובדי
בהמשך לדיון בנושא ציוד ליחידה לאורתופדיה אונקולוגית

1- הזרקות צמנט למסמר, מסמר תוך לשדי רגיל לקיבוע עצם הירך המאפשר הזרקות צמנט לראש עצם הירך במקרים של חסר עצם קשה בירך המקורב שעובר קיבוע, היצרן גונסון, מדובר על ערכה ייחודית הקיימת רק ביצרן זה ומאפשרת חיבור של מערכת הזרקות צמנט למסמר הקיים במערכת.

2- משתל אצטבולארי לשחזור גרורות, משתל רוויזיה של חב' זימר המורכב ממתכת טרבקולארית המאפשרת גדילת עצם בצורה ייחודית תוך שחזור המפרק גם במצבי חסר עצם קיצוני, המערכת מכילה משתלי אצטבולום ואוגמנטיים/טבעות חיזוק המאפשרות שחזור מפרק ירך גם במצבים גרורתיים. באם חסר העצם מתקדם עוד יותר אנו משתמשים במערכת לומיק של חברת אימפלנקסט המסופקת על ידי יובל מחברת סי פי אמ במסגרת הסכם משתלי גידול שקיים במערכת.

3- מערכת הזרקות צמנט של חברת סטרייקר, מערכת המאפשרת הזרקות צמנט לגרורות בצורה מבוקרת ומדויקת, המערכת סגורה ומכילה את כל מרכיבי התהליך, ומתאימה בלעדית למילוי חללי עצם הנוצרים בעקבות גרורות.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל הסבר בעתיד
ד"ר ליברמן בועז

מ: דר גיל
נשלח: יום שני 14 מאי 2018 12:33
אל: רבינוביץ צפורה; אורקין דינה, דר; ליברמן בועז, דר
עותק: דניאלי-פור לירון
נושא: RE: בקשה לציוד חדשןבלאי אורתופדיה אונקולוגית

בברכה,
גיל דר
C.T.O
טל: 03-5303795/7477

From: אורקין דינה, דר
Sent: Monday, May 14, 2018 11:07 AM
To: <Boaz.Liberman@sheba.health.gov.il>; ליברמן בועז, דר <Gil.Dar@sheba.health.gov.il>

שלום רב,
בהמשך לשיחתנו היו עם ד"ר ליברמן וגיל דר (טלפונית) להלן הסיכום:

1. קרוי – עד לפני זמן מה השתמש ד"ר ליברמן במכשיר ישן של דור 2 ומחטים מתאימים למכשיר להסרת גידולים בהקפאה.
לאחרונה (מספר חודשים) לטענתו כבר אין אפשרות לרכוש את יחידות הקצה הישנות וכתוצאה מכך אין לו פתרון טכני לניתוחים אלו, לדבריו כתוצאה ממו"מ בין רכש בית חולים לחברת המייצרת את המכשיר הגיעו הצדדים להסכמה שהמחיר יעמוד על 25,000 דולר, ומחטים ירכשו בניפרד בהתאם לצורך.
בהמשך לאמור לעיל, מדובר במכשיר בלאי! יש לרכוש במקומו. בשיחה טלפונית עם גיל דר אמור להיכנס לתכניות עבודה של חדר ניתוח ועד אז ינתן מענה זמני לפי הצורך.

בשלב ראשון אשוחח עם הספק (אפרופו, מדובר בחב' ארדון ולא גליל מדיקל כפי שנאמר) לטובת בדיקת ייתכנות לקבלת השאלה או לחלופין תשלום פר פרוצדורה – מבקש לקבל הערכת פעילת בנושא בקשה לרכש מכשיר קבוע תוגש ע"י הנהלת ח.ג במסגרת תכנית עבודה

2. מסמר עם צמנט – חברת גונסון – מסמר הנרכש לפעולות PFNA עם קיט לצמנטציה, לפני כשבוע נרכש מסמר זה עם אינדיקציה רפואית, כמות מקרים מוערכת: כ 10 לשנה.
3. מסמר קרבון – מסמר שהיה בשימוש עד לפני מספר חודשים, לפי דברי ד"ר ליברמן הופסק הרכש עקב עליה משמעותית במחיר, בשיחה עם גיל דר, הובהר כי אכן המחיר גדל משמעותית וד"ר ליברמן הסכים כי אין הצדקה לשימוש.

מחירים לא עלו, הפריט המבוקש יקר משמעותית מזה שהיה קיים בשימוש, עד כה נרכש במקרים מיוחדים ולעת מעוניינים להפכו לפריט סטנדרטי

4. ערכת לרוויזיה של ירך חברת ZIMMER – ד"ר ליברמן ציין כי במשך שנים השתמש לחולים אונקולוגים במערכת של חברת ZIMMER בשונה מחולים אחרים. ד"ר ליברמן מציין כי לדעתו זו המערכת הטובה ביותר לתחום החלפת מפרק לחולים אונקולוגים, מבקש עד 15 משתלים לשנה – בשיחה עם גיל דר, גיל אמר שידאג לכך וביקש נימוק ספק יחיד.

ציפי, נא לקדם מול ד"ר ליברמן רכש על בסיס ספק יחיד

5. הזרקת צמנט – STRYKER – מציין ד"ר ליברמן שעד לפני מספר חודשים השתמש בערכה להזרקת צמנט של חברת STRYKER (אמי), נודע לו מהחברה כי בית החולים סיים עימם את ההתקשרות, בשיחה עם גיל דר ציין גיל כי לא נעשה שום מהלך להפסקת התקשרות ויתכן שלא היתה דרישה, ד"ר ליברמן מבקש כ 15 ערכות, יטופל ע"י רכש.

ציפי, נא טיפולך בייזום הסכם מסגרת חדש

6. HOODS – מבקש ד"ר ליברמן רכישת חליפות מגן עבור ניתוחים של אורטופדיה אונקולוגית לילדים הנמצאים בסיכון גבוה לזיהומים ולהשלכות של כך, אין כאלו בחדר ניתוח, מבקש לרכוש, בשיחה עם גיל ציין כי קיימים כאלו בחדר ניתוח, בבדיקה של ד"ר ליברמן אין כאלו ומבקשים לרכוש, גיל אמר שיש אפשרות לרכישה.

סוכס, שלירון בשיתוף ד"ר ליברמן יפנו לאמי טכנולוגיות (הספק) ע"מ לגבש הצעת מחיר לקונפיגורציה הנדרשת לטובת בחינת רכש לפריט

שואב עשן – הוצג צורך ע"י ד"ר ליברמן לרכש מכשירים אלו בשל ריבוי עבודה בדיאטרמיה, נכון לעכשיו מכשיר המאפשר שאיבת עשן נמצא בשימוש כחלק מדיאטרמיה (קיימים שני מכשירים ישנים) לדעת ד"ר אורקין יש צורך לרכוש את המכשיר החדש בכל הניתוחים בהם יש שימוש רב בדיאטרמיה בכל אתרי חדרי ניתוח, קרי ח.ג מרכזי, אשפוז יום וגניקולוגיה

בנושא הנ"ל נדרש לגבש מדיניות הנהלת ח.ג ונגזרות כלכליות להמלצה, דינה תקדם דיון בנושא

ד"ר דינה אורקין
מנהלת חדרי ניתוח
מנהלת מחלקת הרדמה ה
מרכז הרפואי על שם חייט סיבא