

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הגבול
יחידה מזמינה:	30
תאריך:	26.06.18

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל 

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095071049	VOLUSON P8


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אלדן
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510848690
מספר ספק בשיבא	1148
ספק זה הינו:	_____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד _____ <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 33,500 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

19 ביוני 2018
מספרנו: יש/2018-0289
תיק: 7002, 1125-3

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדי,

הנדון: אונקולוגיה/מרפאת שד – חו"ד לרכישת אולטראסאונד

דוא"ל פרופי מאירוב מיום 16.5.18

1. בהמשך לסימוכין אכן נדרשת רכישת מכשיר אולטראסאונד לאפליקציה גניקולוגית עבור חדר בדיקה של מרפאת שד עקב השבתת מכשיר ישן תקול.

2. מדובר באפליקציה גניקולוגית של אולטראסאונד.

כל מכשור האולטראסאונד בגניקולוגיה מבוסס על תוצרת GE לשביעות רצון המשתמשים.

משתמשי המכשור כולם הינם אנשי גניקולוגיה כך שיש חשיבות עליונה לשימוש בדגם המוכר למשתמשים. ברור זו ניתנה התייחסותו של פרופי מאירוב בסימוכין.

מאחר ובפועל קיים דגם VOLUSON P8, על מנת לשמור על אחידות המכשור וכדי למנוע טעויות בהפעלה, יש לרכוש מכשיר מדגם זה, מצב שיאפשר בין היתר העברת מתמרים וגיבוי הזדי בעת הצורך.

בבירור עם פרופי מאירוב מיום 17.6.18 הובחר כי למכשיר נדרש מתמר בטני דו מימדי ומתמר וגילי תלת-מימדי.

רצ"ב הצעת חב' אלדן לרכישת הדגם הנ"ל הכולל את המתמרים בהתאם לבקשת פרופי מאירוב. יש לממש הרכישה בהתאם להצעת המחיר על כל מרכיביה.

בהתאם לנ"ל ניתן לראות את היצרן GE ספק בלעדי לרכישה, זאת על מנת לשמור על אחידות המכשור בתחום החזמיה העל-קולית בגניקולוגיה.

הבהרה: תינתן אחריות לתקופה של 5 שנים כולל מתמרים בהתאם לסיכום עם חב' אלדן למכשור בתחום הגניקולוגי.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתק: פרופי ד. מאירוב