

המרכז הדרומי ע"ש ח. שיבא
תל- השומר

חברות	

קן מקרים _____

מדינת ישראל
(יש לסמן X במקום המתאים)

אלו ועדת המכרזים

הכוזר: תחת דעת מקצועית במסגרת כוונת להתמסר עם סמך יחיד / סמך חוזר

הבקשה מסתכמת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס 7.8.1 ו- 7.8.2.

שם לעירוי של חברת אסגרט	
סמך לעירוי של חברת אסגרט	
סמך לעירוי של חברת אסגרט	
סמך לעירוי של חברת אסגרט	

תאם קיים תנשא זה מכרז מרכזי של תחשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמן אחר: כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

דובר	
510658404	
סמך חוזר <input checked="" type="checkbox"/>	סמך יחיד <input type="checkbox"/>
180,000	24

21..

נימוקים כי הסמך הוא סמך יחיד או כי חסובין הם טובי חוץ
(במקרה תצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. יתאפשרו לך שבתו נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים החכנת והזת דעת כולל שירות מקורות מידע ופעולות שנגקטו נכדוגמח היפרש באינטרנט, תתכבנות עם ספקים, גמישה או שיתוף עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה אם ישנם ספקים נוספים בתנאים החתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עלמם זאת הסיבות לחיות הספק שלגביו נכתבה ראות חדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים חדירות נספרת.

קבלת מכשירים מסוג ALARIS ולמכשירים האלה יש רק סטים מיוחדים והסיים הקיימים במחלקה לא מתאים לסוג היצרן הזה.	
מס סטים לפי היצרן וכמות ההזמנה החדשית (הערכה)	
1.	2441-0006 * 6 קרטונים בחודש
2.	2203-006 * 1 קרטון בחודש
3.	2420-006 * 7 קרטונים בחודש
4.	2260-0006 * 1 קרטון בחודש
5.	10010454-0006 * 2 קרטונים בחודש

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חזות דעתי נוגנת מנוקף חיותי הסמכות המקצועית לטשא זה.

בכבוד רב,

ק"מ/מ/מ	אלה מוסר	כ
המנהל הכללי של מנהל תחנת היעוץ והתקשרות	המנהל הכללי של מנהל תחנת היעוץ והתקשרות	

מחמאי 3 באל השתל - מה 036

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

מס' תל	הכרטיז
יחידה קומבינח:	הטלון מה 38
תאריך:	14/07/16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

חנדון: חוות זעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29) לתקנות חובת המכרזים ועל חוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095077178	LVP CHANNEL COMBO INCLUDING : 1XPCU-8015 3XLVP-8100
2	1040010761	INSTRUMENT STAND

תיאור חוות התקשורת (רקע מודול) התכונות של הסולני / השירות (הערה):

עפ"י חו"ד מדר' שדמי המצ"ב

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורט ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג החתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם תאגיד	זוכר
מס' תע"ת	510658404
מס' סמל שיבא	1399
ספק יחיד	✓ _____ ספק חוץ _____
סכום שו"ת התקשרות	\$27,360 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פאקס. 972-3-5303357

7 ביולי 2016
מספרנו: עש/2016-0386
תיק: 1-1111, 5008

לכבוד
מר ברונז לביא
182
נכבדי,

המזון: השתלות מח עצם - חוו"ד לרכישת מכשור עירוני

1. במחלקת השתלות מח עצם נעשה שימוש במשאבות עירוני נפחיות תלת ערוציות מתוצרת BAXTER. המטופלים במחלקת השתלות מח עצם ובסוויטות של המחלקה, מקבלים טיפול תרופתי מגוון באמצעות מספר משאבות עירוני בו זמנית. במחלקה כ-13 משאבות עירוני תלת ערוציות. מכיוון שהכמות איננה מספיקה לכמות המטופלים (46 מיטות במחלקה), מטופלים רבים מקבלים עירוני ממספר רב של משאבות בו זמנית מה שמקשה עליהם לחתנייד ומגביר סכנת נפילה. מבדיקה מקיפה, כיום אין אפשרות לרכישת משאבות זחות או כל מכשור עירוני רב ערוצי מתאים אחר.
 2. חברת ALARIS מציעה מכשור חדש המאפשר הפעלה משולבת של מספר משאבות עירוני בו זמנית ולכן נותן מענה לצורך במחלקת השתלות מח עצם. מדובר במערכת מודולרית הכוללת יחידת בקרה והפעלה אליה מתחברים מספר מודולים (עירוני נפחי, מזרק, PCA ועוד). המערכת מציעה בקרה מרכזית וכל רכיביה מותקנים על גבי עגלה ייעודית באופן קומפקטי ונות לנייד. למעשה, פתרון זה נותן מענה חן מבחינה בטיחותית וחן מבחינת נוחות גיד והפעלה בדומה למכשור עירוני רב ערוצי.
 3. את המערכת ניתן לרכוש במספר רב של קונפיגורציות. המענה המידי והמתאים ביותר לצורך במכשור רב ערוצי עבור מחלקת השתלות מח עצם הוא יחידת בקרת, עגלה ייעודית ו-3 מודולים לעירוני נפחי.
 3. מודול העירוני הנפחי במערכת המוצעת מדמה את משאבות העירוני הנפחיות מזגם GP/GP PLUS תוצרת ALARIS מבחינת הפעלה, אופן השימוש, מערכות הבטיחות, ספריות התרופות ועוד. דגם GP נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות ונותן מענה לדרישות העירוני חן מצד ניהול סיכונים וחן מצד הנהלת הסיעוד.
- קווי הדמיון בין המודולים של המערכת המוצעת לבין מכשור העירוני של ALARIS הנמצא בשימוש ברוב מחלקות ביה"ח משמעותם שמירה על אחידות מכשור ובטיחות המטופלים.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פאקס. 972-3-5303387

2

4. ניתן לראות בחברת ALARIS ובנציגותה המקומית ספק בלעדי לרכישה. זאת מכיוון שאין חברה אחרת המציעה פתרון חלופי לעירוי רב ערוצי כמפורט במסמך זה. בנוסף, בהתאם לסעיף 3, מתייבטים של שמירה על אחדות ציוד במטרה לשמר סטנדרטים של בטיחות מטופל ואיכות הטיפול לא ניתן לרכוש מכשור עירוי שאיננו מתוצרת ALARIS.

5. מומלץ לממש הצעת מחיר 16A00635 של חברת זובר. פריט 1 מתייחס למכשיר הכולל 3 מודולים של עירוי נפחי ויש לממשו בכמות של 4 יחידות.

במידה והמוצע לא כולל עגלה ייעודית, יש לרכוש סעיף 6 בהצעה 16A00634 בכמות של 4 יחידות.

יש לכלול בחזמנה ספר הפעלה בכמות 1 יח'.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מתנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר

העתקים : מר ברונו לביא
מר גיל דר
גב' ניצה פאר
גב' רחמיטוב אורנה
גב' מולר אלה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303368/3917
פקס. 972-3-5303387

7 ביולי 2016
מספרנו: עש/0386-2016
תיק: 1-1111, 5008

לכבוד
מר ברזנו לבאי
בא
נכבדי,

הנדון: השתלות מח עצם - חו"ד לרכישת מכשור עירוני

1. במחלקת השתלות מח עצם נעשה שימוש במשאבות עירוני נפחיות תלת ערוציות מתוצרת BAXTER. המטופלים במחלקת השתלות מח עצם ובסוויטות של המחלקה, מקבלים טיפול תרופתי מגוון באמצעות מספר משאבות עירוני בו זמנית. במחלקה כ-13 משאבות עירוני תלת ערוציות. מכיוון שהכמות איננה מספיקה לכמות המטופלים (46 מיטות במחלקה), מטופלים רבים מקבלים עירוני ממספר רב של משאבות בו זמנית מה שמקשה עליהם לחתנייד ומגביר סכנת נפילה. מבדיקה מקיפה, כיום אין אפשרות לרכישת משאבות זהות או כל מכשור עירוני רב ערוצי מתאים אחר.
 2. חברת ALARIS מציעה מכשור חדש המאפשר הפעלה משולבת של מספר משאבות עירוני בו זמנית ולכן נותן מענה לצורך במחלקת השתלות מח עצם. מדובר במערכת מודולרית הכוללת יחידת בקרה והפעלה אליה מתחברים מספר מודולים (עירוני נפחי, מזרק, PCA ועוד). המערכת מציעה בקרה מרכזית וכל רכיביה מותקנים על גבי עגלה ייעודית באופן קומפקטי ונוח לנייד. למעשה, פתרון זה נותן מענה הן מבחינה בטיחותית והן מבחינת נוחות נייד והפעלה בזימה למכשור עירוני רב ערוצי. את המערכת ניתן לרכוש במספר רב של קונפיגורציות. המענה המיידית והמתאים ביותר לצורך במכשור רב ערוצי עבור מחלקת השתלות מח עצם הוא יחידת בקרה, עגלה ייעודית ו-3 מודולים לעירוני נפחי.
 3. מודול העירוני הנפחי במערכת המוצעת מדמה את משאבת העירוני הנפחיות מדגם GP/GP PLUS ותוצרת ALARIS מבחינת הפעלה, אופן השימוש, מערכות הבטיחות, ספריות התרופות ועוד. דגם GP נמצא בשימוש נרחב בבית החולים בכמות של כ-400 יחידות ונותן מענה לדרישות העירוני הן מצד ניהול סיכונים והן מצד הנהלת הסיעוד.
- קווי הדמיון בין המודולים של המערכת המוצעת לבין מכשור העירוני של ALARIS הנמצא בשימוש ברוב מחלקות ביח"ח משמעותם שמירה על אחידות מכשור ובטיחות המטופלים.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

4. ניתן לראות בחברת ALARIS ובנציגותה חמקומית ספק בלעדי לרכישה. זאת מכיוון שאין חברה אחרת המציעה פתרון חלופי לעירוי רב ערוצי כמפורט במסמך זה. בנוסף, בהתאם לסעיף 3, מהיבטים של שמירה על אחידות ציוד במטרה לשמר סטנדרטים של בטיחות מטופל ואיכות הטיפול לא ניתן לרכוש מכשור עירוי שאיננו מתוצרת ALARIS.

5. מומלץ לממש הצעת מחיר 16A00635 של חברת זובר. פריט 1 מתייחס למכשיר הכולל 3 מדוזלים של עירוי נפחי ויש לממשו בכמות של 4 יחידות.

במידה וחמוצע לא כולל עגלה ייעודית, יש לרכוש סעיף 6 בהצעה 16A00634 בכמות של 4 יחידות.

יש לכלול בהזמנה ספר הפעלה בכמות 1 יח'.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: מר ברונג לביא
מר גיל דר
גבי ניצה פאר
גבי רחמינוב אורנת
גבי מולר אלח