

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(קבר-11-)
יחידה מזמינה:	מכון 11-7-
תאריך:	14/05/18

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
4	1098705247	'STANDARD WALL CHANNEL 19
3	1096100888	ARM SUPPORT KIT M-SERIES MP20/30MP40/50 GCXAG-0018-21
1	1095076774	INTELLIVUE MX450 PATIENT MONITOR
2	1095056032	MULTI MEASUREMENT SERVER-MODULE M3001A
5	1040013468	CM UTILITY BASKET M SERIES OR VHM ARM8.9

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ.ח.צ. / עמותה	520036195

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

המרכז הרפואי שיבא
תל השומר



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים
שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

9 במאי 2018
מספרנו: יש/2018-0219
תיק: 1120

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: מבון דימות/CT – חו"ד לרכישת מוניטור לחדר קבלה CT

דוא"ל גבי איילת צביון מיום 9.5.18

1. בעקבות השבתת מוניטור ישן בחדר קבלת CT נדרשת חלופה במיקום ע"ג קיר בכמות 1 יח'.
 2. יש לממש רכישת דגם MX-450 תוצרת חבי פיליפס מאחר וכל המכשור באתר הינו מתוצרת פיליפס ויש לשמור על אחות האביזרים הנילוויים.
על מנת לשמור על אחידות המכשור ועל אחידות האביזרים, וכדי למנוע טעויות בהפעלה ע"י חצוות (עקב ריבוי דגמי מכשור), ניתן לראות ביצרן פיליפס ובנציגותו בארץ חבי מדטכניקה ספק בלעדי לרכישת זו שבחלקה משלימה מכשור וחה חקיים בפועל.
- רצייב הצעת מחיר למוניטור עם זרועות GCX אותה יש לממש לכמות 1 יח'.
- פרמטרים נדרשים: ECG, HR, SPO2, NIBP.
- תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים מיום ההתקנה.
- סעיף תקציבי – חצטיידות 2018 סעיף השבתות.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+סימוכין

העתקים: גבי איילת צביון
גבי אורנה רחמיטוב