

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	358A
תאריך:	04/06/18

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040014136	מינשא עילי - צד יבש + צד רטוב

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדוד בכר

האם קיים תנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	זילברמן טכנולוגיות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510542202
מספר ספק בשיבא	27100
ספק זה הינו:	✓ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	126,296 שח' + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים :**


עפ"י חו"ד מצ"ב מדוד בכר

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

דוד בכר	מ"מ מנהל המחלקה להנדסה רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

4 ביוני 2018
מספרנו: דב/0262-2018
תיק: 3-1137

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: מיון/חדר סימולציה/שלב ג' – חו"ד לרכישת מנשא (BOOM) עילי

עבור 2 מיטות באולם סימולציה שבמיון נדרשים מתלים עיליים (BOOMS) המורכבים מ-2 זרועות דו פרקיים בכמות 2 יח'.
לכל זרוע תהיה מחוברת קונסולת חיבורים כאשר קונסולה אחת תקרא בשם "צד רטוב" וקונסולה אחת בשם "צד יבש".

קונסולת "צד יבש" תכלול את המרכיבים הבאים:

1. 12 שקעי חשמל חד-פאזי 16A, 250V/50Hz כ"א, בתקן ישראלי הכולל כ"א נורית סימון והגנה מפני נזלים, כאשר 8 שקעים מחוברים לרשת צפה (UPS) ו-4 שקעים מחוברים לגנרטור.
2. 10 שקעי הארקה מסוג בנדר.
3. הכנה לשקעי תקשורת RJ-45 בכמות 8 יח'.
4. שקעי גזים דגם PURITAN BENNET הכוללים:

- * 6 שקעי חמצן
- * 2 שקעי אוויר רפואי
- * 2 שקעי וואקום

הערה: כל גז יסופק עם מד לחץ מובנה

5. מדף עם 2 מגירות.
6. מוט אינפוזיה בכמות 1 יח'.
7. פס תליה היקפי.
8. מוט לתליית מנשם.

קונסולת "צד רטוב" תכלול את המרכיבים הבאים:

1. 16 שקעי חשמל חד-פאזי 16A, 250V/50Hz כ"א, בתקן ישראלי הכולל כ"א נורית סימון והגנה מפני נזלים, כאשר 8 שקעים מחוברים לרשת צפה (UPS) ו-8 שקעים מחוברים לגנרטור.
2. 10 שקעי הארקה מסוג בנדר.
3. שקעי תקשורת מסוג RJ-45 בכמות 8 יח'.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

4. שקעי גזים דגם PURITAN BENNET הכוללים:

- * 3 שקעי חמצן
- * 2 שקעי אוויר רפואי
- * 2 שקעי וואקום

הערה: כל גז יסופק עם מד לחץ מובנה

5. מדף עם 2 מגירות

6. פס תליה היקפי

7. מוט אינפוזיה בכמות 1 יח'

מאחר ומדובר ברכישת המנשאים עקב אובדן מינשאים שפורקו מחדר הטראומה הישנים, והעוגנים עבור המנשאים הותקנו (שהינם מותאמים למנשאים מתוצרת זילברמן), ניתן לראות את חב' זילברמן כספק יחיד עבור הרכישה.

רצ"ב הצעת מחיר מסי' 18000397 אותה מומלץ לממש.

יש לקבל אישור על ביצוע ההתקנה ע"י מהנדס התשתיות של בית החולים או נציג מטעמו.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם לתנחיות יצרן.

בברכה,

דוד בכר

מ"מ מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר