

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד: (הכרזים)	
יחידה מזמינה: צנתורים	
תאריך: 01/04/18	

מדינת ישראל  \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095072021	SIGNATURE ACT MACHINE 220V ELITE


<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_  
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	גאמידה בע"מ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511383374
מספר ספק בשיבא	1768
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 26,637 + מע"מ
תקופת ההתקשרות:	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

20 ביוני 2018  
מספרנו: יש/2018-0293  
תיק: 1128

לכבוד  
מר גיל דר  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

נכבדי,

**הנדון: צינתורים+אנגיו – חו"ד לרכישת מד קרישת דם**

דוא"ל מיום 17.6.18

בהמשך לסימוכין (פריט 3) נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות 2 יח'.

חבי ITC משווקת דגם בו דגימת הדם הנדרשת הינה 0.2ml (0.2cc) בלבד ומשך זמן הבדיקה עומד על 250 שניות בלבד (מוחצית הזמן מהמכשיר הקיים).

מדובר בדגם Hemochron Signature Elite המבצע את מגוון הבדיקות הבאות באמצעות קיווטות ייעודיות לכל בדיקה. קיווטות ייעודיות אלה מהוות את הפריט המתכלה במכשיר.

מגוון הבדיקות המבוצעות במכשיר הינן:

- ACT (Activated Clotting Time) באמצעות קיווטה מסוג ACT-PLUS לנבדקים עם רמת הפרין הגבוהה מערך של 2.5Units/ml of blood וקיווטה מסוג ACT-LR (Low Range Activated Clotting) לנבדקים עם רמת הפרין חמוכה מערך של 2.5Units/ml of blood

- APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) באמצעות קיווטת APTT

- PT (Prothrombin Time) – באמצעות קיווטת PT

הערה: כל קיווטה מכילה חומר הייחודי לבדיקה.

הבדיקה הרלבנטית לענייננו הינה ה-ACT לתחום של ההפרין, הרגיל (מעל 2.5Units/ml of blood).

למכשיר יכולת אגירה של 300 בדיקות ובדיקות בקרת איכות. יש יכולת הצמדת מסי זהות לבדיקה.

הדגם מצוי בפועל בחדר הניתוח לניתוחי לב ילדים, בט.ג. נשימתי ובט.ג. ניתוחי לב והובחר כי אכן משופר ומייעל הפעילות משמעותית עקב יתרונותיו בכמות הדם המזערית ובזמן הבדיקה הקצר בהשוואה לדגם RESPONSE הקיים בשני האתרים שבנדון.

בבדיקתנו לא נמצא מיכשור דומה מיצרן אחר שלו נתונים זהים לדגם Hemochron Signature Elite (בכמות דגימת הדם הנדרשת ובמהירות הבדיקה).

מומלץ לממש הצעת מחיר PQ18003934 של חבי' גאמידה מיום 14.6.18 לדגם Hemochron Signature Elite, בכמות 2 יח' (ולא כפי שרשום בהצעה).

על מנת לאפשר פעילות, יש לממש רכישת הקיווטות הייעודיות (פריטים מתכלים) עבור בדיקת ACT בתחום הרגיל – דגם ACT PLUS, בהתאם להצעת מחיר 18004032 למימוש פריטים מתכלים – מארז אחד בהצעה המכיל 45 קיווטות – מארז לכל מכשיר. משתמשי הקצה דר' גויטע ודר' רימון יגדירו כמות שנתית.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

יש לראות את היצרן ITC ונציגתו המקומית תבי גאמידה ספק בלעדי לרכישת הדגם הייחודי ולמתכלים על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים למיכשור מיום הקליטה בפועל ותינתן ספרות הפעלה ושרות.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעות מחיר+תכתובת

העתקים: ד"ר ויקטור גויטע  
ד"ר אורי רימון