

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות -
יחידה מזמינה:	סוקס'קולוגיה
תאריך:	04/04/18

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095081147	MICROLAB 600 DUAL SYRINGE DILUTER ADV CONTROL

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אופיר אנליטיקל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511702045
מספר ספק בשיבא	2887
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	22,235 פרי"ש + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים :**

[illegible]

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך
החתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר יורם שדמי	מנהל מח' הנדסה רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

6 ביוני 2018
מספרנו: יש/0266-2018
תיק: 8004

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: טוקסיקולוגיה – חו"ד לרכישת זילוטור

דוא"ל דר' רוטנברג מיום 4.6.18 ומיום 5.6.18

בהמשך לסימוכין אושרה רכישת המכשיר שבנדון בכמות 2 יח'.
בטוקסיקולוגיה מצוי בשימוש דגם 500 תוצרת חברת HAMILTON שהינו ישן וייצורו הופסק.
המכשור משמש לבדיקות אלכוהול ואצטילכולין אסטריז' בדם.
הדגם החלופי לדגם המצוי בשימוש הינו דגם 600 תוצרת HAMILTON.
הדגם כולל STEPPER MOTOR בעל יכולת שינוי נפח שיעור הזרימה שהינה בתחום 0.003-6000 $\mu\text{l}/\text{sec}$
ברזולוציה של 0.002%.
תחום הנפח הינו 10 μl -50ml. הדיוק הכולל עומד על 1% $\pm$.
הדגם העדכני מאפשר ניצול המתכלים המצויים בשימוש מאתר וקיימת זהות בהם בין הדגם הישן לדגם העדכני.
רצ"ב הצעת חבר' אופיר אנליטיקל לרכישת המכשיר אותה יש לממש על כל סעיפיה.
בהתאם לסימוכין ניתן לראות ביצרן HAMILTON ובנציגותו המקומית ספק בלעדי על כל המשתמע מכך, שכן לא
ידוע על דגם מקביל מיצרן חלופי.
ההזמנה תכלול תקופת אחריות 24 חודשים ולא 12 חודשים.
תסופק ספרות שרות והפעלה.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתק: דר' מיכל רוטנברג

2018/6/11