



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. **TEL. 972-3-5303388/3917**
פקס. **FAX. 972-3-5303387**

27 ביוני 2018
מספרנו: יש/2018-0188
תיק: 3-1132, 7005

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדי,

הנדון: מפון גסטרו/יח' רצפת האגן – חו"ד לרכישת מכשיר ביו-פיזיק

- א. דוא"ל מיום 17.4.18
- ב. דוא"ל מיום 2.5.18
- ג. דוא"ל מיום 24.6.18

1. בהמשך לסימוכין אי נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות 1 יח' כתחליף למכשיר דגם PHENIX USB-4 מס' סידורי A1A020201 אשר הובהר כי אינו ניתן לתיקון ולכן יושבת.
2. ייעוד המכשיר חיזוק שרירים טבעתיים ברצפת האגן, טיפול רקטלי בגברים וטיפול וגינלי/רקטלי בנשים.

המכשיר הכולל:

X2 ערוצי EMG
X2 ערוצי גירוי
X1 ערוץ לחץ
מע' מנומטריה

בשימוש יח' רצפת האגן שני דגמי המכשור הבאים:

- דגם Myomed 632X תוצרת ENRAF – משווק ע"י חב' בפקס.
- דגם Phenix USB Neo תוצרת חב' VIVALTIS – משווק ע"י חגי מכשור רפואי.

בסימוכין ב'ג' מבחירה גבי נורית זבולון היתרונות של הדגם מתוצרת VIVALTIS על הדגם מתוצרת ENRAF.

בבירור עם נציגת חב' ENRAF הובהר כי אכן אין בידי חב' ENRAF מגוון התוכנות המובנות וכמותן כפי שקיים בדגם המבוקש (רצ"ב הודעת החברה).

בנוסף הובהר כי השימוש במכשיר מתוצרת ENRAF הינו מזערי ביותר כך שלמעשה אין כל הגיון מעשי ברכישת מכשיר שאינו רצוי.

לנוכח מידע זה ניתן לראות את היצרן VIVALTIS ונציגתו המקומית חב' חגי מכשור רפואי ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תקופת האחריות 24 חודשים אשר תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

הרכישה תמומש בהתאם לתוכנית הצטיידות 2018 סעיף השבתות.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעות מחיר

העתק: ד"ר באר-גבל
ד"ר איתן ברדן
מר חנניה שרון
גבי נורית זבולון