

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	N. הכסא
יחידה מזמינה:	N. ספולוני
תאריך:	11/07/18

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095062030	ROTARY MICROTOM MODEL:RM2255


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	רניום
מספר ח.ב. / ח.צ. / עמותה	511642449
מספר ספק בשיבא	2201
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	30,031 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות:	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1 ביולי 2018
מספרנו: יש/0309-2018
תיק: 7013, 1219

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כאן
נכבדי,

הנדון: מכון פתולוגי/מעבדה – חו"ד לרכישת מיקרוטום

תכתובת מיום 28.6.18

1. במכון הפתולוגי קיימים 12 מיקרוטומים דגם 2255 מתוצרת LEICA במעבדה להיסטולוגיה (4 יח') ובמעבדה לאימונוהיסטוכימיה (6 יח').
דגם זה הינו הדגם העדכני של היצרן.
בעקבות הסימוכין בו מתוארת עלייה משמעותית בפעילות המעבדה ל-FISH נדרשת רכישת שני מכשירים נוספים על מנת לתת מענה לצרכי המכון הפתולוגי.
 2. הדגם המבוקש הינו דגם RM-2255, הכולל:
 - א. אפשרות ביצוע חיתוך גס (Trimming) ומעבר רציף לחיתוך עדין.
 - ב. מעי תפיסת הקסטה בה מצוי הדגימה מאפשרת שחרור וחוצאה בנוחות מירבית (שימוש ביד אחת).
 - ג. למחזיק חסכון תנועה לטרלית המאפשרת ניצול כל פרופיל חיתוך הסכין.
 - ד. קיום פנל הפעלה בקידמת המכשיר בנוסף לקופסת ההפעלה החיצונית.
 - ה. כיוון מיקום הקסטה במצב אנכי ע"י שלושה פרמטרים שונים (דגלון, גולה וחתאמת קווים).
 3. לדגם המבוקש יתרון משמעותי החוסך בעלויות עקב יכולתו לקלוט כל אבזרי המיקרוטומים הקיימים במכון הפתולוגי כגון: מחזיקי סכינים, בסיסי מחזיקי הסכינים, מחזיקי בלוקים ומחזיקי קסטות.
 4. לנוכח העובדה כי כל המיקרוטומים במכון הפתולוגי מבוססים על תוצרת חברי LEICA, מטעמי סטנדרטיזציה, שמשמעותה יעיקרית הינה חסכון בעלויות אבזרים שנדרשים לעבודה רוטינית במכון, מומלץ לרכוש המכשיר המבוקש מתוצרת יצרן המיקרוטומים הקיימים במכון, קרי – מחברי LEICA.
 5. בנוסף לנייל הנני להבחיר כי אמינות וטיב המיכשור מניסיון מצטבר של שנים הינו מצויין וכמות התקלות מיזערית ביותר כאשר השימוש הינו מסיבי מאוד.
מומלץ לממש רכישת המיקרוטום מדגם RM-2255 בכמות 2 יח', בהתאם להצעת מחיר של חברי רניום הרציב.
- מאחר ומדובר ביצרן סטנדרטי של המיקרוטומים המצויים במכון הפתולוגי, שכאמור לעיל, אמינות ואיכות מוצריו הוכחה מעל כל ספק בתנאי העבודה רמסיביים הקיימים במכון הפתולוגי במשך שנים ובנוסף לא ידוע על מוצר מקביל באיכות ובאמינות לאורך שנים מיצרן אחר
לנוכח הנייל ניתן לראות את חברי LEICA ספק בלעדי לרכישה זו ולממשה בהתאם לקריטריון של ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

המרכז הרפואי איב-
הדל השומר



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים
שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 הודשים החל מיום השימוש בפועל.
תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות היצרן.

כ ב ר כ ה ,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתקים : פרופ' א. ברשק
ד"ר כ. רוזנבלט