

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד: הכרזות	№
יחידה מזמינה: מ. קרטיאני	
תאריך: 14/07/18	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.


מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095072393	AEROSPRAY GRAM SLIDE STAINER/CYTOCENTRIFUGE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.ב. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	√ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 15,560 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

10 ביולי 2018
מספרנו: יש/2018-0330
תיק: 8004, 1237

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: מעבדה בקטריולוגית - חו"ץ לרכישת מכשיר לצביעת GRAM SLIDE

א. דוא"ל חבי מדטכניקה מיום 18.6.18
ב. דוא"ל דר' סמולן מיום 29.6.18

1. בסימוכין א' מבחיר היצרן באמצעות נציגותו בארץ על קושי בטיפול בדגם 7320 המצוי בשימוש במעבדה לבקטריולוגיה.
בסימוכין ב' מבקשת דר' סמולן חלופה לדגם המצוי בשימוש.
2. מדובר במכשיר אשר צובע בצורה אוטומטית בעזרת ריסוס ע"י ריאגנטים, זכוכיות נושא למיקרוסקופ עם דגימה ביולוגית מרוחה.
תהליך הצביעה כולל: ריסוס צבע, קיבוע, צביעה ב-CRYSTAL VOLET, ריסוס בידוד לקבלת משקע צבוע וביצוע DECOLORIZATION לקבלת GRAM POSITIVE בצבע כחול-שחור או GRAM-NEGATIVE בצבע אדום.
ההפרדה חני"ל לשתי קבוצות מאפשרת תחילת מתן תרופות אנטיביוטיות עוד לפני זיהוי סופי של החיידק.
3. לחברת WESCOR מכשיר מסוג 2 AEROSPRAY GRAM SERIES דגם 7322, אשר מבצע את האמור נסעיף 2 לעיל, ואשר כולל את המרכיבים הבאים:
 - א. כולל מסך מגע.
 - ב. כולל קרוסלה לכמות של 12 סליידים חסובבת במהירות בתחום 100-2000 סלייד.
 - ג. כולל יכולת בחירה ותכנות הליכי הצביעה.
 - ד. זמן פעולה ממוצע 4.5 דקות (כ-150 סליידים לשעה).
 - ה. זינה רשמלית – 230V/50Hz.
 - ו. שימוש בריאגנטים המצויים במעבדה והשמישים בדגם 7320 (שיושבת).
 - ז. כולל ברקוד לכמות הריאגנטים במיכל.
 - ח. כולל ברקוד לדגימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ט. שיטת הפעלה זהה לדגם חקיים במעבדה.

3. בבירורנו הסתבר כי לא קיים יצרן חלופי למיכשור דומה.

לפיכך ניתן לראות את חבי WESCOR ספק בלעדי לדגם 7322 על כל חמשתמע מכך.

יש לפיכך לממש הצעת מחיר 182504895 של חבי מדטכניקה מיום 24.6.18.

יש לקבל אחריות לתקופת של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד ולא בהתאם לרשום בהצעה.
טיפולים תקופתיים יכללו בתקופת האחריות במסגרת האחריות.

ספרות הפעלה ושרות ייכללו בהזמנה.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' נתי קלר
דרי סמולן גייל