

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הכהן)
יחידה מזמינה:	הקליניקה
תאריך:	17/07/18

מדינת ישראל X _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095081337	AEROSPRAY TB SLIDE STAINER/CYTOCENTRIFUGE 7722


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה):
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 15,560 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

10 ביולי 2018
מספרנו: יש/2018-0331
תיק: 8004, 1237

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
מח' רכש
סאן
נכבדי,

הנדון: מעבדה בקטריולוגיה – חו"ד לרכישת מכשיר לצביעת יציגי חומצה (שחפת/חיידקים)

א. דוא"ל חב' מטדכניקה מיום 18.6.18
ב. דוא"ל דר' סמולן מיום 29.6.18

1. בסימוכין אי מבהיר היצרן באמצעות נציגותו המקומית על קושי בטיפול בדגם 7720 המצוי בשימוש במעבדה. בסימוכין בי מבקשת דר' סמולן חלופה לדגם הנ"ל (7720) אשר חושבת (רצ"ב תעודת השבתה).
 2. מדובר במכשיר הצובע אוטומטית בעזרת ריסוס עיי ריאגנטים, זכוכית נושא למיקרוסקופ עם דגימה ביולוגית מרוחה.
 3. לחבי WESCOR מכשיר Aerospray TB series דגם 7722 אשר מבצע את האמור בסעיף 2 הנ"ל ואשר כולל את המרכיבים הבאים:
 - א. קרוסלה ל-12 סליידים חסובבת במחירות בתחום 100-1200 סלייד.
 - ב. בשלב הייבוש המחירות הינה 950 סלייד למשך 45 שניות.
 - ג. יכולת בחירה ותכנות הליכי הצביעה.
 - ד. זמן פעולה ממוצע 4.5 דקות (כ-150 סליידים לשעה).
 - ה. זינה חשמלית 230V/50Hz.
 - ו. שימוש בריאגנטים מצויים במעבדה והשמישים בדגם 7720 שהושבת.
 - ז. כולל ברקוד לכמות הריאגנטים במיכ.
 - ח. כולל ברקוד לדגימה.
 - ט. שיטת הפעלה זהה לדגם הקיים במעבדה.
 4. בבירור הסתבר כי לא קיים יצרן חלופי למכשור דומה. ניתן לפיכך לראות את חב' WESCOR ספק בלעדי לדגם 7722 על כל המשתמע מכך. יש לפיכך לממש הצעת מחיר 182504902 של חב' מטדכניקה מיום 24.6.18. יש לקבל אחריות לתקופה של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד ולא כפי שרשום בהצעת טיפולים תקופתיים יכללו בתקופת האחריות, במסגרת האחריות.
- ספרות הפעלה ושירות יכללו בהזמנה.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' נתי קלר
דר' גילאן סמולן