

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות -
יחידה מזמינה:	סוקסיקולוגיה
תאריך:	8/1/18

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095081147	MICROLAB 600 DUAL SYRINGE DILUTER ADV CONTROL

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	אופיר אנליטיקל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511702045
מספר ספק בשיבא	2887
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד    _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	22,235 פרי"ש + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

6 ביוני 2018  
מספרנו: יש/0266-2018  
תיק: 8004

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' רכש

נכבדתי,

הנדון: טוקסיקולוגיה – חור"ד לרכישת זילוטור

דוא"ל דר' רוטנברג מיום 4.6.18 ומיום 5.6.18

בהמשך לסימוכין אושרה רכישת המכשיר שבנדון בכמות 2 יח'.

בטוקסיקולוגיה מצוי בשימוש דגם 500 תוצרת חברת HAMILTON שחינו ישן וייצורו הופסק.

המכשור משמש לבדיקות אלכוהול ואצטילכולין אסטרוז'י בדם.

הדגם החלופי לדגם המצוי בשימוש חינו דגם 600 תוצרת HAMILTON.

הדגם כולל STEPPER MOTOR בעל יכולת שינוי נפח שיעור הזרימה שהינה בתחום  $0.003-6000 \mu\text{l}/\text{sec}$   
ברזולוציה של 0.002%.

תחום הנפח חינו  $10 \mu\text{l}-50 \text{ml}$ . הדיוק הכולל עומד על  $\pm 1\%$ .

הדגם העדכני מאפשר ניצול המתכלים המצויים בשימוש מאחר וקיימת זהות בהם בין הדגם הישן לדגם העדכני.

רצ"ב הצעת חבר' אופיר אנליטיקל לרכישת המכשיר אותה יש לממש על כל סעיפיה.

בהתאם לסימוכין ניתן לראות ביצורן HAMILTON ובנציגותו המקומית ספק בלעדי על כל המשתמע מכך, שכן לא  
ידוע על דגם מקביל מיצרן חלופי.

ההזמנה תכלול תקופת אחריות 24 חודשים ולא 12 חודשים.

תסופק ספרות שרות והפעלה.

בברכה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתק: דר' מיכל רוטנברג

2018/11/16