



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה: הלב
מס' ועדה: 182300
מהות הרכישה: היגיינה אישית תמי צבע אינטר פעקטור NEO TEEP
סכום הרכישה מטבע ספק: 105000 ש"ח מולל מע"מ
ספק פוטנציאלי: א.נ. רפואת קידום

תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות הינו 105,000 ש"ח מולל מע"מ
למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את
ההתקשרות עד לתקופה של 36 חודשים באופן מצטבר ובהתאמה להגדיל את שווי
ההתקשרות עד לסך של 315,000 ש"ח מולל מע"מ באופן מצטבר.

הוועדה התכנסה בתאריך 31-7-18 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי
באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il
יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:

רוי"ת שירי בן זאב

שמואל עמר

עוי"ד רועי אדרי

יוסי שור

26 יולי, 2018

לכבוד
ועדת מכרזים
בא

מכשיר Disposable Neo-Tee® Infant T-Piece Resuscitator, Controller, 0-60 cm H2O Manometer, יצרן Mercury Medical, ספק חברת גלמד

1. המכשיר שבנדון (מק"ט איכילוב 6027100230, 2870384 ו-287037), נרכש על פי מודל תמרוץ הפגיות של משרד הבריאות.
2. המכשיר הנ"ל משמש כמכשיר הנשמה ידני.
 - 2.1. במכשיר שעון לחץ הממוקם מול הרופא המטפל, המאפשר את ראיית לחצי ההנשמה ללא הפניית העיניים מהילוד.
 - 2.2. למכשיר ישנן הגנות ליתר לחץ בריאה.
 - 2.3. המכלול הכולל של המכשיר מכיל את כל המרכיבים להנשמת הילוד.
 - 2.4. הרופא יכול לקבוע לחצי ההנשמה (ח- PIP הנדרש וה- PEEP).
 - 2.5. הסט החד פעמי עובר עם המטופל לאורך כל תקופת תאשפוז במחלקה.
 - 2.6. המטפל מנשים את הילוד באמצעות לחיצה על לחצן בלבד.
3. יצוין, כי המכשיר הנ"ל, הינו יחיד שקיים בשוק, אשר כולל בתוכו את כלל התכונות הנ"ל, המכשיר מסופק על ידי חבי גלמד אשר הינה ספק יחיד.

בכבוד רב,

גלית רוט

אתראית מחלקת השרות לטיפול נשימתי.

טל': 03-6973459 | פקס: 03-6973555

טל': *8801 | www.tasmc.org.il | רח' ויצמן 6, תל אביב, 6423906 Tel Aviv, 6 Weizman St.