

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הבריאות	
6-8-13	

קרון מחקרים _____ מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

EXPANDABLE VALVULOTOME
1.8

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

ספק חוץ _____	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/>	1012	
		511283194	
		50	
		24	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

רצף מיתקן של ציל מסר ותן

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	הני"ו	א. ש. אג'י
---	-------	------------

רבינוביץ צפורה

מאת:
משלח:
אל:
נושא:

חלק משה, דר
יום רביעי 11 נבמבר 2015 08:08
דניאל-פור לירון; רבינוביץ צפורה
שימוש בוולבולוטום - ניתוחי כלי דם

בוקר טוב
הריני מבקש להשתמש בוולבולוטום המשווק ע"י אמי טכנולוגיות - באופן בלעדי.
ההתקן החלופי המשווק ע"י צ.מ.ל. אינו נותן מענה לצרכים הטכניים הרפואיים הדרושים לנו במהלך הניתוח.
חשוב לציין כי בהתייחס לדרך השימוש שלנו בהתקן מסוג זה, יהיה צורך להשתמש בכ 3-4 התקנים שונים של צמל בכל מקרה.
המשמעות הפיננסית הינה שיש להשוות מחיר של התקן אמי אחד מול 3-4 של צמל.

אודה לגיבוי שלכן.

בברכה,

דר' משה חלק
מנהל המחלקה