

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכרזות
יחידה מזמינה:	מ. הקטליאני
תאריך:	14/07/18

מדינת ישראל _____
 קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.


מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095072393	AEROSPRAY GRAM SLIDE STAINER/CYTOCENTRIFUGE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 15,560 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

10 ביולי 2018
מספרנו: יש/2018-0330
תיק: 8004, 1237

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כ.א.1

נכבדי,

הנדון: מעבדה בקטריולוגית - חו"ץ לרבישת מכשיר לצביעת GRAM SLIDE

א. דוא"ל חבי מדטכניקה מיום 18.6.18
ב. דוא"ל דרי סמולן מיום 29.6.18

1. בסימוכין א' מבחיר היצרן באמצעות נציגתו בארץ על קושי בטיפול בדגם 7320 המצוי בשימוש במעבדה לבקטריולוגיה.
בסימוכין ב' מבקשת דרי סמולן חלופה לדגם המצוי בשימוש.
2. מדובר במכשיר אשר צובע בצורה אוטומטית בעזרת ריסוס ע"י ריאגנטים, זכוכיות נושא למיקרוסקופ עם דגימה ביולוגית מרוחה.
תהליך הצביעה כולל: ריסוס צבע, קיבוע, צביעה ב-CRYSTAL VOLET, ריסוס ביד לקבלת משקע צבוע וביצוע DECOLORIZATION לקבלת GRAM POSITIVE בצבע כחול-שחור או GRAM-NEGATIVE בצבע אדום.
ההפרדה הנייל לשתי קבוצות מאפשרת תחילת מתן תרופות אנטיביוטיות עוד לפני זיהוי סופי של החיידק.
3. לחברת WESCOR מכשיר מסוג 2 AEROSPRAY GRAM SERIES דגם 7322, אשר מבצע את האמור בסעיף 2 לעיל, ואשר כולל את המרכיבים הבאים:
 - א. כולל מסך מגע.
 - ב. כולל קרוסלה לכמות של 12 סליידים חסובבת במחירות בתחום 100-2000 סלייד.
 - ג. כולל יכולת בחירה ותכנות הליכי הצביעה.
 - ד. זמן פעולה ממוצע 4.5 דקות (כ-150 סליידים לשעה).
 - ה. זינת חשמלית – 230V/50Hz.
 - ו. שימוש בריאגנטים המצויים במעבדה והשמישים בדגם 7320 (שיושבת).
 - ז. כולל ברקוד לכמות הריאגנטים במיכל.
 - ח. כולל ברקוד להגימה.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ט. שיטת הפעלה זהה לדגם הקיים במעבדה.

3. בבירורנו הסתבר כי לא קיים יצרן חלופי למיכשור דומה.

לפיכך ניתן לראות את חבי WESCOR ספק בלעדי לדגם 7322 על כל המשתמע מכך.

יש לפיכך לממש הצעת מחיר 182504895 של חבי מדטכניקה מיום 24.6.18.

יש לקבל אחריות לתקופה של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד ולא בהתאם לרשום בהצעה.
טיפולים תקופתיים יכללו בתקופת האחריות במסגרת האחריות.

ספרות הפעלה ושרות ייכללו בחזמנה.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתקים : פרופ' נתי קלר
ד"ר סמולן גיל