

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד: (הרפואה)	
יחידה מזמינה: N. בקטריולוגיה	
תאריך: 17/07/18	

מדינת ישראל X קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095081337	AEROSPRAY TB SLIDE STAINER/CYTOCENTRIFUGE 7722

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י תו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	


האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד    _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 15,560 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

10 ביולי 2018  
מספרנו: יש/2018-0331  
תיק: 8004, 1237

לכבוד  
מר גיל דר  
גבי גילי נעים  
מח' רכש  
כאן  
נכבדי,

הנדון: מעבדה בקטריולוגיה – חו"ד לרכישת מכשיר לצביעת יציבי הומצה (שחפת/חיידקים)

א. דוא"ל חבי מטדכניקה מיום 18.6.18  
ב. דוא"ל דרי סמולן מיום 29.6.18

1. בסימוכין אי מבהיר חיצון באמצעות נציגתו המקומית על קושי בטיפול בדגם 7720 המצוי בשימוש במעבדה. בסימוכין בי מבקשת דרי סמולן חלופה לדגם הנ"ל (7720) אשר הושבת (רצ"ב תעודת השבתה).
2. מדובר במכשיר הצובע אוטומטית בעזרת ריסוס ע"י ריאגנטים, זכוכית נושא למיקרוסקופ עם דגימה ביולוגית מרוחה.
3. לחבי WESCOR מכשיר Aerospray TB series דגם 7722 אשר מבצע את האמור בסעיף 2 הנ"ל ואשר כולל את המרכיבים הבאים:
  - א. קרוסלה ל-12 סליידים הסובבת במחירות בתחום 100-1200 סלייד.
  - ב. בשלב הייבוש המחירות הינה 950 סלייד למשך 45 שניות.
  - ג. יכולת בחירה ותכנות חליכי הצביעה.
  - ד. זמן פעולה ממוצע 4.5 דקות (כ-150 סליידים לשעה).
  - ה. זינה חשמלית 230V/50Hz.
  - ו. שימוש בריאגנטים המצויים במעבדה והשמישים בדגם 7720 שהושבת.
  - ז. כולל ברקוד לכמות הריאגנטים במיכל.
  - ח. כולל ברקוד לדגימה.
  - ט. שיטת הפעלה זהה לדגם הקיים במעבדה.
4. בבירור הסתבר כי לא קיים יצרן חלופי למכשור דומה. ניתן לפיכך לראות את חבי WESCOR ספק בלעדי לדגם 7722 על כל חמשתמע מכך. יש לפיכך לממש הצעת מחיר 182504902 של חבי מטדכניקה מיום 24.6.18. יש לקבל אחריות לתקופה של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד ולא כפי שרשום בהצעה טיפולים תקופתיים יכללו בתקופת האחריות, במסגרת האחריות. ספרות הפעלה ושרות יכללו בחזמנה.

בברכה,

דרי יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' נתי קלר  
דרי גיילאו סמולן