

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הרה"א	משרד:
ח.נ. ארנב.	יחידה מזמינה:
22/08/18	תאריך:

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1096042288	HANDPIECE STR. F/CUSA C2600
2	1095081485	EXCEL CONSOLE
1	1040014607	EXCEL 36KHZ STRAIGHT HANDPIECE

תיאור מהות ההתקשרות (לקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י תו"ד מצ"ב מענבר אמוץ שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	צמל יעקובסון
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512788373
מספר ספק בשיבא	5548
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ ספק חוץ _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

21 באוגוסט 2018
מספרנו: עש/0415-2018
תיק: 1141, 1001

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
מחיר רכש

חנדון: ח.נ. מרכזי – חו"ד לרכישת Ultrasonic Surgical Aspirator

דוא"ל דר' אורקין מיום 16.08.18
דוא"ל מיום 11.02.18
מכתב יצרן

המערכת שבנדון משמשת לניתוחי כבד ונירוכיורגיה ומאפשרת הסרת רקמה באמצעות אנרגיית אולטרסאונד בתדר נמוך. המכשיר מבצע דיסקציה, סקשן ושטיפה וכולל: מערכת שטיפה, מערכת וואקום, מקור אנרגיה, גלח ייעודית, פדל הפעלה, ידיות (Handpiece), טיפים ואביזרים נוספים.

המכשור המצוי בתדר ניתוח:

- מערכות CUSA מדגם EXCEL 8 (EXCEL) תוצרת INTEGRA
- 3 יחידות Handpiece 23 kHz המשמשות לניתוחי כבד
- 4 יחידות Handpiece 36 kHz המשמשות לניתוחים נירוכיורגים

הדגם המצוי בשימוש במרכז הרפואי איננו עדכני ויצורו הופסק בשנת 2010. החל מדצמבר 2016 היצרן איננו מספק שירות וחלפים למערכת שבנדון, זאת על פי חודעת היצרן המצורפת. בהתאם לכך, ישנה יכולת מוגבלת לתחזק ולהפעיל את המערכת ונדרשת החלפה והחלטה על החלפה מיידית של 2 מתוך 4 המערכות.

כאמור, שתי מערכות ומספר אביזרים יוותרו בשימוש חדר ניתוח כללי כך שחובה לוודא שתתאפשר אינטגרציה וקומפטביליות בין המערכות הקיימות לחדשות.

דגם EXCEL 9 (+ EXCEL) הינו הדגם המחליף ל-EXCEL 8. מדובר בשדרוג המערכת בהתבסס על הפלטפורמה הקיימת. השדרוג כולל עדכון אביזרים (גלגלים, אטמים, פתחי אוורור, מדבקות, עדכון כרטיס אם וכו'), זאת ללא שינוי מחותי או פערים באופן תפעול המכשיר. רכישת מערכת מדגם זה בלבד תאפשר המשך שימוש ביחידות ובשאר האביזרים הקיימים.

נומלץ לממש הצעת המחיר של חברת צמל לרכישת EXCEL 9 תוצרת INTEGRA באמצעות טרייד אין. יש לממש הצעה OF18001495 פריט 1 בכמות של 1 יחידה ופריט 2 בכמות של 2 יחידות. יש לממש הצעה OF18002598 בכמות של 1 יחידות.

על פי האמור, בשלב זה מחויב לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה בכדי לאפשר אינטגרציה וקומפטביליות בין המערכות הקיימות לחדשות.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג. יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם לחוראות יצרן.

במעמד הקליטה יש להעביר לידי החברה 2 מערכות ו-2 יחידות. מומלץ לבצע טרייד אין על מערכות ME102136 ו-ME033278 ויחידות ME033473-ו-ME033278. טרם ביצוע יש לוודא מצבם האקטואלי של כל הפריטים הנמצאים בשימוש מול הסוכני האחראי.

בברכה,

ענבר אמוץ שושן
מחנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: דר' דינה אורקין