

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הרפואה
יחידה מזמינה:	קליה
תאריך:	23/08/18

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1098901234	מדבקות לעור רגיל (מבוגר)
6	1098885205	דיסקה פנימית להחלפת ממברנה (5 יח).
4	1098885197	גיל מגע 5 MIL
5	1098075336	מחליף ממברנה רב פעמי
2	1098075310	גז כיוול
1	1095074001	SENTEC DIGITAL MONITORING SYSTEM
7	1040009953	מחבר תקשורת SDM למוניטור PHILIPS

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

21 באוגוסט 2018
מספרט: יש/0413-2018
תיק: 1120-16, 4503

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: פגיה – חו"ד לרכישת מוניטור למדידת (Transcutanus) PCO2

דוא"ל דרי שטראוס מיום 7.8.18

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 2 יח'.
הבהרה: נדרשת השלמה לכמות של 4 יח'. במחלקה קיימת כמות של 2 יח'.
2. מדובר במוניטור המאפשר מדידה מתמשכת בלתי חודרנית של הלחץ החלקי של דו תחמוצת הפחמן בדם. כמו כן מודד המכשיר סטורציה, גל סטורציה וקצב לב.
מדידת PCO2 מתבצעת בעזרת אלקטודה PH זעירה בהתאם לעיקרון SEVERINGHAUS.
3. להלן תכונות המכשיר:
 - א. מדידת PCO2 בתחום 0-200mmHg (0-26.67KPa) ברזולוציה של 0.1mmHg (0.1KPa).
 - ב. מדידת SpO2 בתחום 1-100% ברזולוציה של 1%.
 - ג. מדידת קצב לב בתחום 30-250bpm ברזולוציה של 1bpm.
 - ד. אתרעות לגבי כל הפרמטרים הנמדדים.
 - ה. אפשרות לייצוא נתונים.
 - ו. אפשרות לשמירת נתונים עד 12 יום.
 - ז. סוללה נטענת המאפשרת ניטור עד 6 שעות.
 - ח. זינה – 230V/50Hz.
4. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ17001661 של חברי קליניקה, מיום 25/7/17, לדגם SDMS תוצרת SENTEC, לפריטים 1,5,7 ולמתכלים פריטים 2,3,4,6 (בהתאם להתייחסות דרי מזכרת מיום 26.11.15).
הבהרה: פריט 7 בהצעה הינו מחבר תקשורת למוניטור תוצרת פיליפס המצוי בפגייה.
יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים
שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

5. לצוות לא ידוע על יצרן נוסף שלו מכשיר תואם לדגם המבוקש.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתקים: דר' צ. שטראוס
דר' ר. מזכרת
גבי קרן מקדש