

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 17.9.2018

לשאלות הבהרה תשובות

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 21/2018

נושא אספקת מכשיר HPLC כולל גלאי Diode Array עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 15.10.2018 עד השעה 12:00

* **הטופס מפורסם:** באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://www.mr.gov.il/OfficesTenders>
 ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס'ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	26.11	במפרט המכרז כתוב שבמערכת שיש להציע, קיימת האופציה להוסיף גלאי MS בעתיד. האם הכוונה ב"מכשיר דומה לצידוד הנדרש במכרז", למכשיר HPLC כולל גלאי MS?	כן, הכוונה היא שהספק יוכל להציע בבוא העת גלאי MS מאותו היצרן.
2	7 (א) (1) 8	מבקש הסבר לדרישה: "In terms of PH, Salt concentration and % organic solvent"	הכוונה היא שהמשאבה מאפשרת עבודה בטווחי pH, ריכוזי מלחים ואחוזי ממסים אורגניים כמקובל בשיטות העבודה.
3	7 (א) (1) 9	האם זו אינה טעות $\pm 0.1\%$?	זו אינה טעות
4	7 (א) (2) 21	האם זו דרישת סף?	כן
5	7 (א) (2) 27	האם קטן מ- 4 או מ- 5 תשיעיות?	גדול מ- 5 תשיעיות
6	7 (א) (3) 29	האם טווח $5-110^{\circ}\text{C}$ הוא דרישת סף?	כן
7	7 (א) (3) 33	האם זו דרישת סף?	כן
8	7 (א) (3) 34	כמה קולונות נדרש להתקין בתנור והאם יש צורך במיתוג אוטומטי ע"י התוכנה?	ארבע קולונות נדרש מיתוג אוטומטי
9	7 (א) (4) 40	האם זו דרישת סף?	כן

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה