

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

| | |
|---------------|-----------|
| משרד: | דבר-אז |
| יחידה מזמינה: | סניף 1818 |
| תאריך: | 29/07/18 |

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט | תיאור פריט |
|-----|------------|--|
| 1 | 1095081402 | BX63F MOTORIZED UPRIGHT MICROSCOPE FRAME |
| | | |


| | |
|---|--|
| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה) | |
| | |
| עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי | |
| | |
| | |
| | |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| שם הספק: | אחים איזנברג |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 510097272 |
| מספר ספק בשיבא | 1087 |
| ספק זה הינו: | _____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 23,210.26 יורו + מע"מ |
| תקופת ההתקשרות | 24 חודשים |



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

19 ביולי 2018
מספרנו: יש/2018-0316
תיק: 11-1123-7013

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן
נכבדי,

הנדון: פתולוגיה/FISH – הו"ד לרכישת מיקרוסקופ פלורסצנטי

דוא"ל פרופ' ברשק מיום 18.6.18

במערכת FISH שבמכון הפתולוגי מצוי מיקרוסקופ AX70 תוצרת אולימפוס שאינו בר תמיכה ע"י היצרן בחלפים –
הוכרז כ-E.O.L.

המיקרוסקופ שימש כעמדת בדיקה בצמוד לעמדת מערכת הסריקה האוטומטית תוצרת Bio-View.

דגם המיקרוסקופ החלופי הנדרש ייתן מענה כפול:

א. יאפשר חשמשת עמדת הבדיקה.

ב. גיבוי למיקרוסקופ מתוצרת OLYMPUS המצוי בעמדת הסריקה האוטומטית.

הדגם העדכני המתאים לשני היעדים הנדרשים הינו דגם BX63F הכולל:

- ראש טריניקולר בעל 3 מצבי חלוקה בין מצלמה לצופה
- רבולבר בעל 7 מקומות ממונע
- תאורת LED
- תאורה פלורסצנטית
- פילטרים לפלורסצנציה FITC, DAPI, TRITC, CY3
- אובייקטיבים X100, X60, X40, X20, X10
- אביזרי תקשורת למחשב

הבהרה:

כל האובייקטיבים יועברו מדגם AX70 לדגם החדש לאחר שנבדקו ע"י נציג היצרן ונמצאו תקינים.

רצ"ב הצעת חב' אייזנברג לרכישת דגם BX63F כתחליף לדגם AX70 הישן.

לנוכח העובדה כי רק לחב' אולימפוס היכולת לתת מענה לשני היעדים הנ"ל ורק ליצרן זה יכולת המרת האובייקטיבים
בין הדגמים כמפורט לעיל, ניתן לראות את היצרן אולימפוס ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

להדגיש כי כל המיקרוסקופיה בפתולוגיה מבוססת על אולימפוס ויש לשמור על ייחודיות זו לנוכח העובדה כי
הארגונומטריה ונוחות השימוש במשך שעות במיקרוסקופיה פתולוגית חשובה ביותר ויש לשמור עליה.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנחל המחלקה להנדסה רפואית

קוט: הצעת מתיר+תכתובת

העתק: פרופ' איריס ברשק