

י"ג חשוון תשע"ט  
22 אוקטובר 2018

אל:  
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100040596  
"מתן שירותי בדיקות מים בנהר הירדן ובאגן הכנרת ועמקי המזרח"**

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

| מס'ד | פרק                    | מספר סעיף         | שאלה  | תשובה   |
|------|------------------------|-------------------|---|---|
| 1.   | התמורה                 | 9.3 –<br>עמ' 13   | מבוקש להחליף את המילה " לרבעון" במילה "לחודש" | "אין שינוי בתנאי המכרז".  |
| 2.   | 1 – טבלה<br>כתב כמויות | 9 – עמ'<br>21     | למה הכוונה כלל מוצקים מאספים TVSS             | הכוונה לכלל מוצקים מרחפים נדיפים לאחר חימום ל 550°C בהתאם ל Standard Method   |
| 3.   | 1 – טבלה<br>כתב כמויות | 19-18 –<br>עמ' 21 | מה ההבדל בין זרחן DP ל TDP                    | DP הינו זרחן מומס כללי בהתאם למפורט ב Standard Method<br>TDP הינו זרחן מומס כללי בהתאם למפורט ב Standard Method   |
| 4.   | 1 – טבלה<br>כתב כמויות | 28 – עמ'<br>21    | למה הכוונה שמן מינרלי XO                      | הכוונה לתכולת השמן המינרלי במים. XO הינה שיטת המדידה אולם ניתן להציע שיטה אחרת.   |
| 5.   | 1 – טבלה<br>כתב כמויות | 41 – עמ'<br>23    | לא נמצאה מעבדה המבצעת בדיקות כלורופיל         | למיטב ידיעתנו ישנן מעבדות בארץ המבצעות אנליזה של כלורופיל, למשל המעבדה לחקר הכנרת – היא"ל ומעבדת חברת "מקורות" ויתכן שיש מעבדות נוספות. כפי שמפורט במסמכי המכרז בדיקה זו לא חייבת להתבצע במעבדת הספק וניתן להתקשר עם ספק משנה לצורך אספקת שירות זה. |

בברכה,

ועדת מכרזים