

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקליניקה לראיית לילה
יחידה מזמינה:	
תאריך:	26/07/18

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095068755	SPECTRA OPTIA SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חווי"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 268,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נעים גאולה

מאת: דר גיל
נשלח: יום רביעי 25 יולי 2018 11:29
אל: שדמי יורם, דר; נעים גאולה; נגלר ארנון, פרופ
ענתק: שמעוני אביחי, פרופ
נושא: FW: הזמנת מכשיר SPECTRA OPTIA
קבצים מצורפים: file___C__Users_shimriti_AppData_Local_Temp_p0878000510.pdf; 0434.2011.pdf; 0434.2011.doc

ד"ר שדמי שלום,
בהמשך לשיחתנו, תודה
גילי, מבקש להניע רכש בהתאם
פרופ' נגלר – נקבע פגישה אצל פרופ' אפק לטובת קידום הנושא בימים הקרובים, (מבקש להגיע עם נתוני הגידול בפעילות)

בברכה,
גיל דר
C.T.O
טל: 03-5303795/7477

From: שדמי יורם, דר
Sent: Wednesday, July 25, 2018 7:18 AM
To: <Gil.Dar@sheba.health.gov.il> דר גיל
Cc: <avichai.Shimoni@sheba.health.gov.il> שמעוני אביחי, פרופ
Subject: FW: הזמנת מכשיר SPECTRA OPTIA

שלום רב

בביה"ח 9 מכשירים דגם OPTIA אשר נרכשו כתחליף לדגם COBE SPECTRA.

המכשירים הוכנסו לאתרים הבאים בביה"ח:

4 יח' בהמטואונקולוגיה מבוגרים / השתלת מח עצם

4 יח' בבנק הדם

יח' המטואונקולוגיה ילדים

רכישת הכמות כולה הסתיימה ב-2017.

בסימוכין מבהיר פרופ' שמעוני הצורך ברכישת 4 מכשירים נוספים, זאת עקב עלייה בפעילות.

מדובר במכשיר שמבצע פלסמה טיפולית או החלפת פלסמה, מתן פלסמה לחולה ללא תאים, איסוף תאי אב, סילוק גרנולוציטים מחולים עם לוקמיה, הכנת עירוי של גרנולוציטים מתורם על מנת לתת למטופל, הכנת תרומה לימפוציטים למושתלים.

על מנת לאפשר למחלקתו של פרופ' אביחי יכולת שימוש בצורה מיטבית בדגם OPTIA (השונה במעט מדגם SPECTRA) הושאר מכשירי ה-SPECTRA לשימוש המחלקה ואולם שימוש זה עומד להסתיים לא בסוף שנת 2018 אלא בסוף חודש ספטמבר 2018 עקב חיסול מלאי הקיטים.

נדרשת איפוא פעילות מיידית לרכישת כמות המכשירים המבוקשת, זאת מאחר והמכשור מוגדר כתומך חיים וזאת עקב התוצר שהוא מאפשר טיפול לחולי ממאירויות המטולוגיות.

חוו"ד יש/0434-2011 תקפה גם היום עבור הדרש וגם עתה משמשת כחוו"ד של ספק בלעדי לדגם הנדרש (רצ"ב).

בנוסף יש לקחת בחשבון כי מאחר ובמחלקה כבר נוציות 4 יחידות גם להיבט אחדות המכשור משקל רב בהגדרת היצרן
CARIDIAN BCT (לשעבר COBE) ספק בלעדי.

יש אפוא לממש הרכישה בהתאם לקריטריון ציוד רפואי ייחודי על כל המשתמע מכך.

רצ"ב הצעת מחיר.

תינתן תקופת אחריות 24 חודשים כולל השתלמות במפעל היצרן לגורם טכנולוגי של ביה"ח כפי שנעשה עם דגם SPECTRA.

יש לסכם:

רכישה מיידית של 2 יחידות השנה. (2018).

רכישה נוספת בכמות משלימה של 2 יחידות במחצית הראשונה של שנת 2019.

יש לסכם כי בתקופת האחריות כל הטיפולים התקופתיים יהיו במסגרת האחריות.

הבהרה: מסר זה בעקבות פגישה עמך מיום ה 24.7.18 בסוגיה שבנדון.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי

מנהל המחלקה להנדסה רפואית

מרכז רפואי שיבא

From: שדמי יורם, דר

Sent: Monday, July 16, 2018 12:47 PM

To: דר גיל

Cc: אפק משרד; שמעוני אביחי, פרופ; שראלי רינה

Subject: RE: SPECTRA OPTIA הזמנת מכשיר

שלום רב

בביה"ח 9 מכשירים דגם OPTIA אשר נרכשו כתחליף לדגם COBE SPECTRA.

המכשירים הוכנסו לאתרים הבאים בביה"ח:

4 יח' בהמטואונקולוגיה מבוגרים / השתלת מח עצם

4 יח' בבנק הדם

4 יח' המטואונקולוגיה ילדים

רכישת הכמות כולה הסתיימה ב-2017.

בסימוכין מבהיר פרופ' שמעוני הצורך ברכישת 4 מכשירים נוספים, זאת עקב עלייה בפעילות.

מדובר במכשיר שמבצע פלסמה טיפולית או החלפת פלסמה, מתן פלסמה לחולה ללא תאים, איסוף תאי אב, סילוק גרנולוציטים מחולים עם לוקמיה, הכנת עירוי של גרנולוציטים מתורם על מנת לתת למטופל, הכנת תרומה לימפוציטים למושתלים.

על מנת לאפשר למחלקתו של פרופ' אביחי יכולת שימוש בצורה מיטבית בדגם OPTIA (השונה במעט מדגם SPECTRA) הושאר מכשירי ה-SPECTRA לשימוש המחלקה ואולם שימוש זה עומד להסתיים לא בסוף שנת 2018 אלא בסוף חודש ספטמבר 2018 עקב חיסול מלאי הקיטים.

נדרשת איפוא פעילות מיידית לרכישת כמות המכשירים המבוקשת, זאת מאחר והמכשור מוגדר כתומך חיים וזאת עקב התוצר שהוא מאפשר טיפול לחולי ממאירויות המטולוגיות.

חוו"ד יש/2011-0434 תקפה גם היום עבור הנדרש וגם עתה משמשת כחוו"ד של ספק בלעדי לדגם הנדרש (רצ"ב).

לכבוד הנדסה רפואית

הנדון : מכשיר אוטומטי לפרזיס - רכישת OPTIA

ביחידתנו מספר מכשירי COBE SPECTRA לביצוע פעולות פרזיס שונות. המכשיר הפך לאובסוליט ולא ייוצר יותר. הפעילות תמשך על המכשור הקיים עד יציאתו לבלאי.

חברת BPX החלה לשווק במקומו את מכשיר ה OPTIA שיחליף את הדגם הישן.

ביחידה לפרזיס מספר הפעולות עלה בהרבה, ואנו מבצעים כ 90-100 פעולות לחודש בחודשים האחרונים. יש צורך במכשיר ניד, בטיחותי, אוטומטי, ושהוא הדגם העתידי לעשור הבא.

כזהו מכשיר ה OPTIA אותו בחנו מספר חודשים ביחידתנו והתאמנו עליו (4 עובדי מעבדה מומחים לפרזיס). על המכשיר, שנמצא כחודשיים במחלקתנו, בוצעו מעל 40 פרוצדורות של החלפת פלסמה.

המכשיר קל ונייד - קריטי בניוד בין המחלקות השונות. נציין שפעולות פלסמהפרזיס נעשות במחלקות שונות ובטיפולים נמרצים.

נוספו תכונות לבטיחות והגנת המטופל לעומת דור קודם, ומבחינה זו הוא בלעדי. ספירת טסיות לפני ואחרי טיפול נשארת קבועה וגם בזה הוא ייחודי. קיים תיעוד מלא לכל שלבי הפרוצדורה כולל מאגר נתונים. טכנולוגיה מתקדמת ביותר - מצלמה בזמן אמת, מסך נגיעה.

מכשירים אחרים כמו HELP שיש ברשותנו מתאים ל LDL פרזיס ולא לפלסמהפרזיס. הפעולה העיקרית ביחידתנו.


על מכשיר ההמונטיקס של דובר (שקים גם אצלנו) זמן הפעולה ארוך יותר והוא משמש חולים שלהם אין אקסס ורידי ונעשה שימוש בעירוני מיד אחת (דבר שמעריך את הפעולה והופך אותה לארוכה). מכשיר דובר מתאים לתת קבוצה של חולים ולא לרוב.

נציין עוד שלחולים אנמים וילידים) ויש לנו מספר לא מבוטל של ילדים ורבים מהחולים שלנו עם המוגלובין נמוך) מתאים מכשיר ה optia ולא מתאים ההמונטיקס של דובר.

לחברה המיצגת את פריזניום אין מכשיר בארץ.

מנסיוננו במכשיר החדש הוא עונה על דרישות הבטיחות לחולים הקשים (חולי MS, גילאן ברה ועוד).

אנו זקוקים למכשיר החדש בהקדם ובעתיד תוך 3 שנים יוחלפו כנראה כל דגמי ה COBE למכשיר ה OPTIA.



בברכה
ד"ר מגדל מטילדה
מנהלת בנק הדם