

תמרכז הרמואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

המראות בית שפן
הנדרסה רפואי
9.10.18

קון מחקרים _____ מדינת ישראל X

יש לסמן X במקום המתאים

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת מונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תלמודי גמולת דמי
מלכודת מים למודול גזים המודד ERCO2 ו12 מתוצרת GE

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ X טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

| | | |
|---------------|----------------|------------------------|
| לכנס | 510021884 | שם הספק |
| | | מספר הספק |
| | | (ח.מ. / ת.מ. / ת.מ.מ.) |
| ספק חוץ _____ | ספק יחיד _____ | ספק זה הינו |
| | 15,000 ש"ח | אומדן / שווי העסקה |
| | חודש 24 | תקופת ההתקשרות |

Handwritten notes at the top right of the page.

כחלק גלית

נושא: FW: הדפסת הצעת מחיר - לבנט - PQ16L00344

From: קדוש גדעון
Sent: Sunday, March 13, 2016 9:45 AM
To: כחלק גלית
Cc: נודלמן ולריה
Subject: RE: לבנט - הדפסת הצעת מחיר - PQ16L00344

הפריט הינו מלכודת זימ למודול גזים המודד ETCO2 ו-O2 מתוצרת GE.
הפריט הינו מתכלה שיש להחליפו כאשר מתגמלא בנוזל או כאשר מתחלף חולה.
ניתן לראות את חב' לבנט כספק בלעדי לפריט שהוא ייחודי למודולים הללו.
גדעון
הנדסה רפואית

From

כחלק גלית

