

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הרפואה
יחידה מזמינה:	ח.נ. ארכי.
תאריך:	22/08/18

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

קשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1096042288	HANDPIECE STR. F/CUSA C2600
2	1095081485	EXCEL CONSOLE
1	1040014607	EXCEL 36KHZ STRAIGHT HANDPIECE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר אמוץ שושן

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	צמל יעקובסון
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512788373
מספר ספק בשיבא	5548
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ ספק חוץ _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

21 באוגוסט 2018
מספרנו: עש/2018-0415
תיק: 1141, 1001

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
מח' רכש

הנדון: ח.נ. מרכזי – חו"ד לרכישת Ultrasonic Surgical Aspirator

דוא"ל דר אורקין מיום 16.08.18

דוא"ל מיום 11.02.18

מכתב יצרן

המערכת שבנדון משמשת לניתוחי כבד ונירוכיורוגיה ומאפשרת הסרת רקמה באמצעות אנרגיית אולטרסאונד בתדר נמוך.

המכשיר מבצע דיסקציה, סקשן ושטיפה וכולל: מערכת שטיפה, מערכת וואקום, מקור אנרגיה, גלגל ייעודית, פדל הפעלה, ידיות (Handpiece), טיפים ואביזרים נוספים.

המכשור המצוי בחדר ניתוח:

- מערכות CUSA מדגם EXCEL 8 (EXCEL) תוצרת INTEGRA
- 3 יחידות Handpiece 23 kHz המשמשות לניתוחי כבד
- 4 יחידות Handpiece 36 kHz המשמשות לניתוחים נירוכיורוגים

הדגם המצוי בשימוש במרכז הרפואי איננו עדכני ויצורו הופסק בשנת 2010. החל מדצמבר 2016 היצרן איננו מספק שירות וחלפים למערכת שבנדון, זאת על פי הודעת היצרן המצורפת. בהתאם לכך, ישנה יכולת מוגבלת לתחזק ולהפעיל את המערכת ונדרשת החלפה והוחלט על החלפה מיידית של 2 מתוך 4 המערכות.

כאמור, שתי מערכות ומספר אביזרים יותרו בשימוש חדר ניתוח כללי כך שחובה לוודא שתתאפשר אינטגרציה וקומפטביליות בין המערכות הקיימות לחדשות.

דגם EXCEL 9 (+ EXCEL) הינו הדגם המחליף ל-EXCEL 8. מדובר בשדרוג המערכת בהתבסס על הפלטפורמה הקיימת. השדרוג כולל עדכון אביזרים (גלגלים, אטמים, פתחי אוורור, מדבקות, עדכון כרטיס אם וכו'), זאת ללא שינוי מהותי או פערים באופן תפעול המכשיר. רכישת מערכת מדגם זה בלבד תאפשר המשך שימוש בידיות ובשאר האביזרים הקיימים.

מומלץ לממש הצעות המחיר של חברת צמל לרכישת EXCEL 9 תוצרת INTEGRA באמצעות טרייד אין. יש לממש הצעה OF18001495 פריט של 1 בכמות של 1 יחידה ופריט 2 בכמות של 2 יחידות. יש לממש הצעה OF18002598 בכמות של 1 יחידות.

על פי האמור, בשלב זה מחויב לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה בכדי לאפשר אינטגרציה וקומפטביליות בין המערכות הקיימות לחדשות.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה ושימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות יצרן.

במעמד הקליטה יש להעביר לידי החברה 2 מערכות ו-2 ידיות. מומלץ לבצע טרייד אין על מערכות ME102136 ו-ME033278 וידיות ME033473 ו-ME0027050VAL0. טרם ביצוע יש לוודא מצבם האקטואלי של כל הפריטים הנמצאים בשימוש מול הטכנאי האחראי.

בברכה,

ענבר אמוץ שושן
מחננת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: דר' דינה אורקין