

03/12/2018

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי מס' 43/2018 בנושא: לאספקת מערכת לצילומי רנטגן DR, התקנתה ותחזוקתה, וכן אופציה לשכירת מכונת צילום רנטגן ניידת.

הודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

הבהרת מציע: מפאת נסיבות אישיות מנהלת תחום רנטגן בחברה לא יכלה להשתתף בכנס הספקים שבוצע ב 06/11/2018.

בקשת החברה – הצגת המקום הפיסי ו/ או הבהרת רקע המכרז ובמקביל אפשרות להציע הצעה במכרז.

תשובת שב"ס:

1. כידוע כנס הספקים הינו חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
2. שב"ס לא הגביל את זהות או כמות המשתתפים מכל מציע בכנס הספקים. מועד ומקום הכנס נקבע מראש.
3. במצב דברים זה לא יתבצע כנס ספקים נוסף.

<u>שאלות ותשובות</u>		מס'
שאלה:	עמ' 13 סעיף 24.1 נא לצרף נספח י"ט – נספח ביטוח. כמו כן נבקש מועד נפרד להבהרות בנוגע לנספח זה.	1
תשובה:	<u>מצ"ב להודעת תיקון זו נספח ביטוח</u>	
שאלה:	עמ' 41, סעיף 16 (2) ההצהרה אינה מכילה סעיפים א-ג. למה הכוונה?	2
תשובה:	<u>הסעיף ישתנה ל: "ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי לפי סעיפים המצוינים לעיל יהווה עבירה פלילית לפי פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש) תשל"ב – 1971".</u>	
שאלה:	עמ' 73, סעיף 7.3 נבקש לשנות את גודל הגלאי ל-35 * 43 ס"מ.	3
תשובה:	<u>אם הכוונה לסעיף 7.3 בעמ' 75 - מקובל - שגיאת כתיב אצלנו. אמור להיות 35*43 ס"מ</u>	
שאלה:	עמ' 16, סעיף 2 נבקש לוותר על הדרישה להצהרות יצרן מתורגמות לעברית בחתימת נוטריון. המערכות המוצעות הן מקצועיות ומיוצרות על ידי יצרנים גלובאליים.	4
תשובה:	<u>לעניין סעיף 2 – דרכי הוכחת תנאי הסף - במקרים בהם נדרש תרגום לעברית מאומת ע"י נוטריון הניסוח יוחלף ל - "ככל שהתצהיר לא בעברית או באנגלית, יש לצרף תצהיר מתורגם לעברית ומאומת ע"י נוטריון.</u>	
שאלה:	כללי נבקש את מסמכי המכרז בפורמט Word, ובמיוחד את האפיונים הטכניים – נספח א' + נספח ד' - להקלת המענה.	5
תשובה:	<u>ללא שינוי. ככלל המסמכים המפורסמים ע"י שב"ס הינם בפורמט pdf</u>	
שאלה:	עמ' 48, סעיף 2 סעיף 8 + 9 נראה כי קיימת טעות דפוס	6
תשובה:	<u>מצ"ב סעיף 8 מתוקן.</u>	



		<p>סעיף 9 בעמ' 48 מבוטל. 8. "חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.</p>
	שאלה:	<p>עמ' 60, סעיף 4 נבהיר כי באחריות שב"ס אישור מהנדס בניין לפני ביצוע פעולות הבינוי ולאחר ההתקנה.</p>
7	תשובה:	<p>שלילי. להבהיר כי: אישור מהנדס טרם ולאחר הביצוע באחריות המציע הזוכה. להבהיר כי: המציע הזוכה במכרז נדרש במסגרת התקנת מכשיר הרנטגן, לספק את כלל תכניות הקונסטרוקציה והאישורים הנדרשים להתקנת המערכת. להבהיר כי: באחריות המציע הזוכה - התקנת עיגוני המערכת בתקרה.</p>
	שאלה:	<p>עמ' 62, סעיף 10 מועדי האספקה שצוינו קצרים ביותר, בייחוד בהתחשב בזמן התכנון וביצוע עבודות ההתאמה על ידי שב"ס, אשר יכולות להגיע לכדי 40-50 ימי עבודה. נבקש לשנות ל-100 ימי עבודה לפחות, ממועד חתימת ההסכם.</p>
8	תשובה:	<p><u>סעיף 10.1 ישתנה ל:</u> 10.1 חדר צילום - מיום הודעת שב"ס על זהות המציע הזוכה במכרז יערך המציע הזוכה להתקנת חדר הצילום תוך פרק זמן של 45 ימים. מיום הודעת שב"ס - יבצע המציע הזוכה את התקנת חדר הצילום על מרכיביו ויסיים את העבודה לשביעות רצון שב"ס תוך פרק זמן שלא יעלה על 25 ימים. לאחר התקנת חדר הצילום תחל תקופת ההרצה כאמור במכרז.</p>
	שאלה:	<p>עמ' 72, סעיף 4.4 נבקש למחוק את הדרישה לפילטרי אלומיניום/נחושת ספציפיים, ולהורות למציעים לפרט את הפילטרציה הסטנדרטית במערכות היצרנים.</p>
9	תשובה:	<p>מקובל, בעניין סעיף 4.4, יש לפרט, בעמודה "דרישת מינימום" - "לפחות 2 פילטרים"</p>
	שאלה:	<p>עמ' 74, סעיף 6.9 נראה כי הכוונה ל 530 מ"מ (ולא לס"מ). נא אשרו.</p>
10	תשובה:	<p>חיובי, דרישת מינימום = 53 ס"מ</p>
	שאלה:	<p>עמ' 80, סעיף 14 האפיון מדבר על חדר עם זוג גלאים קבועים - הסעיף מבקש אופציות לגלאים אלחוטיים ונראה שאינו שייך לאפיון זה. נבקש להסירו.</p>
11	תשובה:	<p>מקובל.</p>
	שאלה:	<p>עמ' 96, סעיף 3.4 נבקש למחוק את המילים "להחליף בחדש" היות והמדובר על מערכת רנטגן המותקנת בחדר.</p>
12	תשובה:	<p>הסעיף ישתנה ל: במהלך תקופת האחריות, הספק מתחייב לתקן ו/או להחליף על חשבונו, את חלקי הטובין, אשר ימצאו לקויים, פגומים או בלתי תקינים וזאת תוך פרק זמן של עד 48 שעות מפניית גורם שב"ס. בשנה ראשונה של האחריות, החלקים הלקויים, פגומים או בלתי תקינים יוחלפו בחדשים ומקוריים.</p>
	שאלה:	<p>עמ' 97, סעיף 3 אחריות: נבקש להוסיף את הפסקה הבאה: מובהר כי האחריות לציוד לא תכלול טיפול בנזק ו/או תקלה ו/או פגם ו/או קלקול ציוד / רכיב מרכיביהם (להלן: "הציוד"), אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן 1. שימוש או הפעלה לא נכונים של הציוד</p>
13	תשובה:	<p>2. ביצוע עבודה, שינויים או תיקונים בציוד או בכל חלק ממנו ובכלל זה ממשק</p>



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>הציוד עם מערכות אחרות של הלקוח על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או מי מטעמו.</p> <p>3. השחתה, פגיעה מכוונת, מעשה זדון, תאונה, כח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, רשלנות, שימוש לא נכון, נזק בשל אש או מים, ביצוע עבודה או שינויים שלא ע"י הספק או מי מטעמו, או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של הספק.</p> <p>4. תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה</p> <p>הפסקת ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שייגרמו בשל מערכות הלקוח ו/או בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת אחר.</p>		
<p>מקובל בנוסח שלהלן: מובהר כי האחריות לציוד לא תכלול טיפול בנזק ו/או תקלה ו/או פגם ו/או קלקול ציוד / רכיב מרכיביהם (להלן: "הציוד"), אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים להלן שימוש או הפעלה לא נכונים של הציוד</p> <p>1. שימוש או הפעלה לא נכונים של הציוד</p> <p>2. ביצוע עבודה, שינויים או תיקונים בציוד או בכל חלק ממנו ובכלל זה ממשק הציוד עם מערכות אחרות של הלקוח על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או מי מטעמו או בתיאום עמו.</p> <p>3. השחתה, פגיעה מכוונת, מעשה זדון, תאונה, כח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, רשלנות, שימוש לא נכון, נזק בשל אש או מים.</p> <p>4. תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה, ובלבד שהספק התריאה על כך לפני שהחל בהתקנה (תינתן לספק האפשרות לבדוק את סביבת ההתקנה).</p> <p>להדגיש: החלטה בדבר עמידה בתנאים אלו נתונה לקצין רפואה ראשי בשב"ס.</p>	תשובה:	
<p>עמ' 3, סעיף 2.3 יש להבהיר כי במידה ונעשתה הזמנה של הציוד וטרם קבלתו הוחלט על ידי המזמין לבטל את ההתקשרות, הספק יהיה רשאי לקבלת פיצויים בגין הזמנת הציוד.</p>	שאלה:	14
<p>ללא שינוי.</p>	תשובה:	
<p>עמ' 5, סעיף 5.1 מבוקש, כי במקרה של סתירה בין הצעת הספק לבין איזה ממסמכי המכרז יגברו הוראות ההצעה - שהרי בכך שההצעה נבחרה היא למעשה קיבלה את אישור המזמין לתוכנה. כמו כן, נבקש לקבוע כמקובל, כי בכל הקשור לנושא טכני ו/או מקצועי, נספח מאוחר יגבר על נספח מוקדם לו ונספח ספציפי יגבר על נספח כללי.</p>	שאלה:	15
<p>א. מסמכי המכרז כפי שפורסמו גוברים על מסמכי ההצעה ומחייבים את המציע. ב. מסמכי המכרז מאוחרים גוברים על מוקדמים. ג. מסמכי המכרז הספציפיים גוברים על כלליים.</p>	תשובה:	
<p>עמ' 6, סעיף 8.10 מבוקש, כי חילוט הערבות יבוצע לאחר אי מילוי תנאי יסודי שלא תוקן בתוך 30 ימים מיום שניתנה על כך הודעה בכתב לספק. כן מבוקש, כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל.</p>	שאלה:	16
<p>1. ללא שינוי. 2. מקובל לעניין התראה: ככלל תינתן התראה של 14 ימים, או לתקופה קצרה יותר בהתאם לשיקול דעת שב"ס בהתאם לנסיבות העניין.</p>	תשובה:	



17	שאלה:	עמ' 8, סעיף 14.6 מבוקש כי בטרם הרחבת/צמצום היקף המכרז או ביטולו תינתן לספק הזוכה הודעה מוקדמת בכתב.
	תשובה:	ללא שינוי
18	שאלה:	עמ' 13, סעיף 24.1.1 נספח י"ט, עמ' 46 מכיוון שלא צורף למסמכי המכרז נוסח אישור עריכת ביטוחים, מבוקש זמן סביר לשאלות הבהרה בנוגע לאישור.
	תשובה:	מצ"ב להודעת תיקון זו נספח ביטוח.
	שאלה:	עמ' 16, סעיף 2.1.3.2, 2.1.5 נספח כ"א עמ' 57 מהכתוב בנספח כ"א, לא ברור מי אמור לחתום על ההצהרה, שהרי בהתאם לשורה הראשונה של ההצהרה, הרי שהמציע צריך לחתום אך בהתאם לכותרת הנספח – "הצהרת יצרן המערכת" ובהתאם לקבוע בסעיפים 2.1.3.2 ו-2.1.5, הרי שהיצרן צריך לחתום, נודה לקבלת הבהרה. כמו-כן, במידה והיצרן צריך לחתום הצהרה זו, נבקש לבטל את הדרישה לתרגום ואישור נוטריוני.
19	תשובה:	מדובר בתצהיר עליו יחתום יצרן המערכת. הבהרה: הכוונה במושג "נציגו המורשה" (המשפט הראשון בתצהיר זה) היא למנכ"ל חברת היצרן / מורשה חתימה בחברת היצרן. הכוונה בסעיף 1 לתצהיר למושג "נציגו המורשה" היא לנציגו של יצרן המערכת בישראל קרי - זאת בזמן שהמציע הוא אינו יצרן המערכת. לעניין שפת התצהיר: "ככל שהתצהירים אינו בעברית או באנגלית, יש לצרף תצהיר מתורגם לעברית ומאומת ע"י נוטריון" להדגיש כי: מציע ההצעה במכרז נדרש בכל מקרה לצרף את נספח י"ז (תצהיר תנאי סף מקצועיים).
20	שאלה:	עמ' 17, סעיף 3.3 מבוקש למחוק את דרישת התרגום הנוטריוני, לאור העובדה כי כל הקטלוגים, אישורי תקינה, אישורי בטיחות, תוכנית העמדת המכשיר, תחזוקת המכשיר ואישורי יצרן הינם מסמכים רבים מאוד בשפה האנגלית, אשר אינם מהווים כמות סבירה לתרגום נוטריוני.
	תשובה:	לכל מסמך המצורף להצעה שאינו כתוב בשפה העברית או אנגלית, יצרף המציע תרגום נוטריוני לעברית.
21	שאלה:	עמ' 16, סעיף 2.1.1 מבוקש לבטל את תנאי הסף לשנת 2015
	תשובה:	ללא שינוי.
22	שאלה:	נספח ט"ז, סעיף 4.2.5 מבוקש כי סילוק העובד יהיה רק מטעמים סבירים שינומקו.
	תשובה:	ללא שינוי.
23	שאלה:	נספח ט"ז, סעיף 5.1, עמ' 39 אין הצדקה לקביעת מנגנון פיצוי מוסכם, ודאי לא בגין נזקים שלא הוכחו - לכך נועדו סעיפי האחריות שבהסכם. מבוקש למחוק סעיפים אלה, ולחילופין, לקבוע סכום פיצוי מקובל וסביר.
	תשובה:	ללא שינוי.
24	שאלה:	נספח ט"ז, סעיף 5.2, עמ' 39 מבוקש להגביל את זכות הקיזוז לתשלומים על-פי הסכם זה בלבד. כן מבוקש, כי הקיזוז יעשה בכל מקרה לאחר מתן הודעה סבירה בכתב ומראש לזוכה ובגין סכומים קצובים בלבד ולא בגין נזקים שלא הוכחו.
	תשובה:	ללא שינוי. לעניין קיזוז תינתן התראה ע"פ שיקול דעת שב"ס.
25	שאלה:	נספח ט"ז, סעיף 5.3, עמ' 39 מבוקש להבהיר כי ביטול ההסכם יהיה רק לאחר שניתנה לספק הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון בהודעה בכתב של 14 ימים לפחות לפני ביטול ההסכם.
	תשובה:	ללא שינוי.
26	שאלה:	עמ' 50, נספח כ"י- סעיף 10.2 מבוקש להבהיר כי סיפא הסעיף הנוגע לוותר על כל דרישה תביעה או טענה יהיה רק



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

		בהינתן לא ניתן מענה במשך זמן סביר אשר לא עולה על 24 שעות.
	תשובה:	ללא שינוי. לשאלות נוספות בנושא זה ניתן לפנות לחשכ"ל : מוקד הרישום בטלפון 03-9778799 או בדוא"ל sapakim@inbal.co.il .
27	שאלה:	עמ' 61, סעיף 8.3, 8.5-8.6 מבוקש כי החובה להחליף טובין לא תחול בקשר לנזקים אשר נגרמו כתוצאה מכח עליון / תפעול / אחזקה / שימוש / אחסנה וכדומה לקויים ו/או רשלניים ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק הזוכה.
	תשובה:	ראה תשובה 13.
28	שאלה:	עמ' 70, סעיף 2.1 האם ניתן להציע מערכת עם ניהול שמות באנגלית בלבד?
	תשובה:	ללא שינוי.
29	שאלה:	עמ' 70, סעיף 2.6 עצמת תאורה מינימאלית נדרשת במסך 250 cd/m^2 . האם ניתן להגיש מסך עם עצמת תאורה 200?
	תשובה:	ללא שינוי.
30	שאלה:	עמ' 74, סעיף 6.10 משקל נבדק מקסימלי נדרש- 230 ק"ג לכל מיקום בשולחן (עומס דינאמי). האם ניתן להגיש שולחן עם עומס דינאמי מקסימאלי של 210 ק"ג? לציין שהשולחן המוצע עומד בעומס דינאמי במרכזו של עד 318 ק"ג ובעומס סטטי במרכזו של עד 375 ק"ג!
	תשובה:	ללא שינוי.
31	שאלה:	עמ' 77, סעיף 10.6 גודל מינימלי למסך העבודה "21". האם ניתן להגיש מסך "19"?
	תשובה:	ללא שינוי.
32	שאלה:	עמ' 77, סעיף 10.9 זמן גיבוי UPS- לפחות 60 דקות. נא לציין האם מדובר ב-UPS עבור גנרטור הקרינה או עבור מחשב אכסון התמונות וניהול הנבדקים והמסך שלו.
	תשובה:	מדובר ב- UPS למחשב ניהול החולים.
33	שאלה:	עמ' 98, סעיפים 7.5-7.6, עמ' 63, סעיף 12 אין הצדקה לקביעת מנגנון פיצוי מוסכם, ודאי לא בגין נזקים שלא הוכחו - לכך נועדו סעיפי האחריות שבהסכם. מבוקש למחוק סעיפים אלה, ולחילופין, לקבוע סכום פיצוי מקובל וסביר. כמו-כן מבוקש כי כל קיזוז ו/או ניכוי ייעשו לאחר מתן הודעה סבירה בכתב ומראש ובגין סכומים קצובים בלבד ולא בגין נזקים שלא הוכחו.
	תשובה:	ללא שינוי. ככלל, ייתן המזמין לספק הודעה כתובה וזכות להציג את התייחסותו לפני החלטה על הטלת פיצוי מוסכם.
34	שאלה:	עמ' 64, סעיף 13.4, עמ' 100, סעיף 11.9 מבוקש כי הוראת שב"ס לחדול מלהעסיק עובד כלשהו תלווה בטעמים סבירים שינומקו.
	תשובה:	ללא שינוי.
35	שאלה:	עמ' 99, סעיף 8.6 מבוקש כי כל ניכוי יהיה לאחר הודעה בכתב ומראש ובגין סכומים קצובים ומוכחים בלבד.
	תשובה:	ללא שינוי. ככלל, ייתן המזמין לספק הודעה כתובה וזכות להציג את התייחסותו לפני החלטה על הטלת פיצוי מוסכם.
36	שאלה:	עמ' 100, סעיף 12.2 מבוקש כי חובת הספק לשפות את המזמין תהא כפופה לקבלת דרישה בכתב לאחר פסק דין שלא עוכב ביצועו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד סבירים, ובלבד שהמזמין הודיע לספק אודות כל תביעה או דרישה כאמור, שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור והמזמין שיתף עמו פעולה בהתגוננות.



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

	תשובה:	ללא שינוי. תינתן לספק הזדמנות להתגונן בתביעה והמזמין ישתף עמו פעולה באופן סביר בנסיבות העניין.
37	שאלה:	עמ' 101, סעיפים 14.1-14.3 מבוקש להבהיר כי סירוב המזמין יהיה מטעמים סבירים בלבד.
	תשובה:	ללא שינוי. החלטות הזמין כפופות ממילא לכללי מנהל תקין.
38	שאלה:	עמ' 101, סעיף 15.5 מבוקש: i. למחוק המילים: "המלאה, הבלעדית והמוחלטת" ולרשום במקומן המילים: "על פי דין". ii. למחוק את המילים: "והספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים למניעת אובדן או נזק כאמור".
	תשובה:	ללא שינוי.
39	שאלה:	עמ' 101, סעיף 15.6 מבוקש: i. למחוק את המילה: "לבדו". ii. לאחר המילה: "ישא", להוסיף המילים: "באחריות על פי דין". iii. למחוק את המילים: "בכל אובדן" ובמקומן לכתוב: "לאובדן". iv. לאחר המילים: "ו/או מי מטעמו", להוסיף המילים: "למעט רכושו של מי מטעמו של הספק".
	תשובה:	ללא שינוי.
40	שאלה:	עמ' 101 - 102, סעיף 15.7 מבוקש: i. לאחר המילה: "והתקנתם", להוסיף המילים: "ובתנאי וניתנה לספק הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור וניתנה לו אפשרות סבירה להתגונן ובכפוף לקבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו מאת בית משפט מוסמך". ii. למחוק את המילה: "למצער". iii. למחוק את המילים: "ו/או יפצה". iv. מבוקש להגביל את תקרת השיפוי לסך התמורה המגיעה לספק על פי הסכם זה. v. לאחר המילה: "ההוצאות", להוסיף "הישירות והסבירות".
	תשובה:	ללא שינוי.
41	שאלה:	עמ' 102, סעיף 15.12 מבוקש: i. לאחר המילה: "הוצאה", לרשום: "הסבירה". ii. לאחר המילים: "שכ"ט עו"ד", להוסיף: "בסכום סביר". iii. לאחר המילים: "עם דרישתו הראשונה של המזמין", להוסיף המילים: "ובתנאי וניתנה לספק הודעה בדבר דרישה ו/או תביעה כאמור וניתנה לו אפשרות סבירה להתגונן ובכפוף לקבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו מאת בית משפט מוסמך".
	תשובה:	ללא שינוי.
42	שאלה:	עמ' 102, סעיף 15.18 מבוקש: i. למחוק המילים: "או מי מטעמו". ii. בסוף הסעיף יש להוסיף: "אולם פטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון".
	תשובה:	ללא שינוי.
43	שאלה:	עמ' 103, סעיף 17.5 מבוקש: כי קיזוז יהיה בהודעה מראש ובכתב לקבלן ובגין סכומים קצובים ומוכחים בלבד.
	תשובה:	ללא שינוי. ככלל, ייתן המזמין לספק הודעה כתובה וזכות להציג את התייחסותו לפני החלטה בנושא.
44	שאלה:	עמ' 104, סעיף 18.1 מבוקש: i. לאחר המילים: "ולטובת מדינת ישראל שירות בתי הסוהר", להוסיף



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

המילים: "בכפוף להרחבי השיפוי המפורטים באישור קיום הביטוח". ii. למחוק את המילים: "לא יפחתו מהמצויין" ולרשום במקומן: "יהיו בהתאם למצויין".		
סעיף זה ימחק.	תשובה:	
עמ' 104, סעיף 20.1 מבוקש: למחוק את המילים: שאיננו קצוב" ו- "ובין מכוח כל עניין אחר".	שאלה:	45
ללא שינוי.	תשובה:	
עמ' 105, סעיף 21.5 מבוקש: בפרק ד' יש כבר מנגנון של פיצוי וכעת מבוקש להוסיף גם 15%, מבוקש להתאים את המנגנון כך שיהיה אחיד, וזאת למרות שהתבקש לבטל את הפיצוי המוסכם.	שאלה:	46
ללא שינוי.	תשובה:	
עמ' 105, סעיף 21.6 מבוקש: מבוקש כי סיבת הסיום תנומק.	שאלה:	47
סיבת הסיום תנומק באין שיקול המונע זאת לפי שיקול דעת המזמין.	תשובה:	
מצ"ב להודעת תיקון זו נספח א' מתוקן לפרק המפרט (מפרט ומענה טכני)	הבהרה	

נספח ביטוח

מכרז פומבי מס' 43/2018 לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת לצילומי רנטגן DR וכן אופציה לשכירת מכונת צילום רנטגן ניידת.

תשומת ליבך לנושאים הבאים:

1. סעיפים מס' 18.1-18.3 להסכם יימחקו ויוחלפו בסעיפים מס' 24.1.1-24.1.4 למכרז.
2. יימחק סעיף 24.1.5 למכרז שהוראותיו סותרות את הוראות סעיף הביטוח.

ביטוח

הספק מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו, לטובתו, לטובתם ולטובת מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו, ולהציג לשירות בתי הסוהר את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

1. ביטוח חבות מעבידים

- א. הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
- ב. גבול האחריות לא יפחת מסך של 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
- ג. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידים;
- ד. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- א. הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
- ב. גבול האחריות לא יפחת מסך של 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
- ג. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability
- ד. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו-יבוטל.
- ה. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
- ו. בעלי תפקידים אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק ייחשבו צד שלישי.
- ז. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;
- ח. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

3. ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY
FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSIONS
AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE .

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של

ענבל).

א. הספק יבטח את אחריותו ואחריות היצרן בגין אספקת, התקנת ותחזוקת מערכת לצילומי רנטגן DR על כל רכיביה ואביזריה לרבות גנרטור, שפופרת וקולימטור, מתלה תקרה, מיטת בדיקה, בוקי שולחן ובוקי עמידה, גלאים לשולחן ולבוקי עמידה, אספקת אביזרים נלווים, אספקת מחשב לניהול חולים, עיבוד תמונה ואגירה, אביזרים וממשקים, לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיאגנוסטיים במכון הדימות של שירות בתי הסוהר, השכרת מכונת צילום רנטגן ניידת בטכנולוגיית CR/DR על כל מרכיביה ואביזריה (ככל שנדרש), ביצוע צילומי רנטגן, בקרת איכות, מערכת ניהול נבדקים, חיבור לרשת ו-PACS, פירוק וסילוק המכונה הניידת, כולל מתן שירותי תחזוקה שוטפת והחלפות אביזרים במסגרתה, תיקון תקלות, אספקת חלפים, ביקורות טכניות, תמיכה מרחוק, אחזקה מונעת, החלפת מערכת וחלקים מושבתים, אחריות, הרצה, אינטגרציה, התממשקות למערכות קיימות לרבות עם מערכת PACS, האחראית על אחסון וניהול צילומי דימות ועם מערכת מב"ט (תיק רפואי הממוחשב), תיעוד, הדרכה, אבטחת מידע, בדיקות קבלה, תמיכה ושירות, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

ב. הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

(1) בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות, השמטה, הזנחה ורשלנות;

(2) חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים אשר ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק/היצרן או מי מטעמו;

(3) פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין אספקת, התקנת ותחזוקת מערכת לצילומי רנטגן DR על כל רכיביה ואביזריה לרבות גנרטור, שפופרת וקולימטור, מתלה תקרה, מיטת בדיקה, בוקי שולחן ובוקי עמידה, גלאים לשולחן ולבוקי עמידה, אספקת אביזרים נלווים, אספקת מחשב לניהול חולים, עיבוד תמונה ואגירה, אביזרים וממשקים, לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיאגנוסטיים במכון הדימות של שירות בתי הסוהר, השכרת מכונת צילום רנטגן ניידת בטכנולוגיית CR/DR על כל מרכיביה ואביזריה (ככל שנדרש), ביצוע צילומי רנטגן, בקרת איכות, מערכת ניהול נבדקים, חיבור לרשת ו-PACS, פירוק וסילוק המכונה הניידת, כולל מתן שירותי תחזוקה שוטפת והחלפות אביזרים במסגרתה, תיקון תקלות, אספקת חלפים, ביקורות טכניות, תמיכה מרחוק, אחזקה מונעת, החלפת מערכת וחלקים מושבתים, אחריות, הרצה, אינטגרציה, התממשקות למערכות קיימות לרבות עם



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

- מערכת PACS, האחראית על אחסון וניהול צילומי דימות ועם מערכת מב"ט (תיק רפואי הממוחשב), תיעוד, הדרכה, אבטחת מידע, בדיקות קבלה, תמיכה ושירות.
- ג. גבולות האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחתו 2,500,000 דולר ארה"ב
 - ד. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;
 - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כלפי מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו;
 - הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים.
 - ה. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו על ידי הספק/היצרן וכל הפועלים מטעמם ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק/היצרן וכל הפועלים מטעמם.

4. ביטוח רכוש

- א. הספק ידאג לביטוח מערכת לצילומי רנטגן DR על כל מערכותיה, רכיביה ואביזריה, הנמסרת לו לביצוע תיקונים ותחזוקה מחוץ לחצרי המשרד לביטחון פנים על יחידותיו בביטוח "אש מורחב" לרבות הרחבה לביטוח כל הסיכונים (עד לסך של 700,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח) וכולל סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה ושוד (על בסיס נזק ראשון עד לסך של 700,000 ₪ למקרה ולתקופה); הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד תגמולי הביטוח בגין נזק לציוד וכל רכוש השייך לשירות בתי הסוהר שנמסרו לספק על ידי שירות בתי הסוהר לטובת מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר וישולמו להם אלא יורה חשב שירות בתי הסוהר למבטח בכתב אחרת;

או לחילופין:

הרחבת הכיסוי במסגרת פוליסת צד שלישי

כיסוי על פי דיני מדינת ישראל בגבולות אחריות שלא יפחתו מ-700,000 ש"ח למקרה ולכל תקופת הביטוח, המכסה נזקים מערכת לצילומי רנטגן DR על כל מערכותיה, רכיביה ואביזריה הנמצא מחוץ לחצרי המשרד לביטחון פנים על יחידותיו לצורך ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה. המערכת תיחשב כרכוש צד שלישי, יבוטל הסייג/החריג לעניין רכוש בחזקתו, בפיקוחו, בהשגחתו ובשליטתו של הספק.

ב. ככל שתושכר ע"י הספק מכונית צילום רנטגן ניידת ותוצב בחצרי המשרד לביטחון פנים על יחידותיו

הספק יבטח בביטוח מסוג "אש מורחב" בערכי כינון את מכונית צילום הרנטגן הניידת המושכרת מוצבת ומותקנת על ידו בחצרי המשרד לביטחון פנים על יחידותיו על כל מערכותיה, אביזריה וציודה.

- ג. הספק יבטח בביטוח מסוג "אש מורחב" בערכי כינון את הציוד, וכל כלי העבודה המופעלים על ידו ומטעמו לצורך מתן השירותים במשרד לביטחון פנים על יחידותיו בפריסה ארצית.

כחלופה לביטוח הרכוש – סעיף ד' בלבד - יציג הספק מכתב הצהרה המופנה לשירות בתי הסוהר, בו הוא מצהיר כי הוא לוקח על עצמו אחריות מלאה לכל נזקי "אש מורחב" לרבות רעידת אדמה,



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

נזקי טבע, פריצה, גניבה ושוד שייגרמו לכל הציוד וכלי העבודה שיובאו על ידו ומטעמו לצורך מתן השירותים ומשחרר מכל אחריות, וכן מתחייב שלא לתבוע בגינם את מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו ועובדיהם.

5. ביטוח חבות המוביל או כל הסיכונים מטענים בהעברה (ניתן להציג באמצעות קבלן המשנה מטעם הספק)

- א. הפוליסה תכסה את אחריותו החוקית של הספק כמוביל לאבדן, נזק והפסד שייגרמו למדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו, עקב ביצוע העבודות, גבולות האחריות על בסיס נזק ראשון לכל העברה, לא יפחת מ- 700,000 ₪ בגין העברה אחת על גבי כלי רכב אחד. **לחילופין**, ביטוח כל הסיכונים רכוש/מטענים בהעברה שאינו כפוף לביטוח חסר, שלא יפחת מגבולות האחריות של 700,000 ש"ח על בסיס נזק ראשון לכל העברה על גבי כלי רכב אחד.
- ב. בכל מקרה, למען הסר ספק, הכיסוי הביטוחי יורחב לכלול כיסוי ולא יוגבל בכל חריג או סייג בגין:
- 1) טעינה ופריקה של כלי הרכב או בקרבתו.
 - 2) נפילה ושמיטת מטען.
 - 3) נזקים מבלימת פתע.
 - 4) נזק ע"י מטען אחר.
 - 5) נזקי מים.
 - 6) נזק בזדון.

ג. הפוליסה תכלול סעיף שיעבוד תגמולי הביטוח בגין נזק לציוד וכל רכוש השייך למשרד לביטחון פנים על יחידותיו שנמסרו לספק ו/או מי מטעמו על ידי שירות בתי הסוהר, לטובת מדינת ישראל- שירות בתי הסוהר וישולמו להם אלא יורה חשב שירות בתי הסוהר למבטח בכתב אחרת;

6. ביטוח כלי רכב

כלי הרכב המשמשים לביצוע הובלות המערכת לצילומי רנטגן DR על כל רכיביה ומכונת צילום הרנטגן הניידת המושכרת למשרד לביטחון פנים על יחידותיו יבוטחו בביטוח חובה, ביטוח רכב רכוש וביטוח צד שלישי רכוש. כמקובל ובהתאם לייעוד ומטרות השימוש בכלי הרכב.

כללי

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות, למעט בביטוחי כלי הרכב, יכללו התנאים הבאים:-

- א. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו**, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;
- ב. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב שירות בתי הסוהר;
- ג. המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - המשרד לביטחון פנים על יחידותיו ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;
- ד. הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

- ה. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;
- ו. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטיין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;
- ז. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח משולב לאחריית מקצועית וחבות המוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
- ח. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק לשירות בתי הסוהר עד למועד חתימת ההסכם.

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו, וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר בתוקף.

הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתימות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן לשירות בתי הסוהר לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר;
בכתובת:

סימוכין: 2942

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____ (להלן "הספק") לתקופת הביטוח מיום _____ עד יום _____ בקשר לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת לצילומי רנטגן DR לרבות השכרת מכונת צילום רנטגן ניידת (ככל שנדרש), בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות מעבידים, מס' פוליסה:

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.
3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
4. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מס' פוליסה:

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך של 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
3. בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.
4. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו - מבוטל.
5. רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי.
6. בעלי תפקידים אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק יחשבו צד שלישי.
7. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

8. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, מס' פוליסה:

**COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY
FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.**

או

**ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSIONS
AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE .**

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:

(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של

ענבל).

1. ביטוח אחריותו החוקית של הספק והיצרן בגין אספקת, התקנת ותחזוקת מערכת לצילומי רנטגן DR על כל רכיביה ואביזריה לרבות גנרטור, שפופרת וקולימטור, מתלה תקרה, מיטת בדיקה, בוקי שולחן ובוקי עמידה, גלאים לשולחן ולבוקי עמידה, אספקת אביזרים נלווים, אספקת מחשב לניהול חולים, עיבוד תמונה ואגירה, אביזרים וממשקים, לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיאגנוסטיים במכון הדימות של שירות בתי הסוהר, השכרת מכונת צילום רנטגן ניידת בטכנולוגיית CR/DR על כל מרכיביה ואביזריה (ככל שנדרש), ביצוע צילומי רנטגן, בקרת איכות, מערכת ניהול נבדקים, חיבור לרשת ו-PACS, פירוק וסילוק המכונה הניידת, כולל מתן שירותי תחזוקה שוטפת והחלפות אביזרים במסגרתה, תיקון תקלות, אספקת חלפים, ביקורות טכניות, תמיכה מרחוק, אחזקה מונעת, החלפת מערכת וחלקים מושבתים, אחריות, הרצה, אינטגרציה, התממשקות למערכות קיימות לרבות עם מערכת PACS, האחריות על אחסון וניהול צילומי דימות ועם מערכת מב"ט (תיק רפואי הממוחשב), תיעוד, הדרכה, אבטחת מידע, בדיקות קבלה, תמיכה ושירות, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

2. הפוליסה מכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:-

- א. בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות, השמטה, הזנחה ורשלנות;
- ב. חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים אשר ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק/היצרן או מי מטעמו;
- ג. פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין אספקת, התקנת ותחזוקת מערכת לצילומי רנטגן DR על כל רכיביה ואביזריה לרבות גנרטור, שפופרת וקולימטור, מתלה תקרה, מיטת בדיקה, בוקי שולחן ובוקי עמידה, גלאים לשולחן ולבוקי עמידה, אספקת אביזרים נלווים, אספקת מחשב לניהול חולים, עיבוד תמונה ואגירה, אביזרים וממשקים, לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיאגנוסטיים במכון הדימות של שירות בתי הסוהר, השכרת מכונת צילום רנטגן ניידת בטכנולוגיית CR/DR על כל מרכיביה ואביזריה (ככל שנדרש), ביצוע צילומי רנטגן, בקרת איכות, מערכת ניהול נבדקים, חיבור לרשת ו-PACS, פירוק וסילוק המכונה הניידת, כולל מתן שירותי תחזוקה שוטפת והחלפות אביזרים במסגרתה, תיקון תקלות, אספקת חלפים, ביקורות טכניות, תמיכה מרחוק, אחזקה מונעת, החלפת



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

- מערכת וחלקים מושבתים, אחריות, הרצה, אינטגרציה, התממשקות למערכות קיימות לרבות עם מערכת PACS, האחראית על אחסון וניהול צילומי דימות ועם מערכת מב"ט (תיק רפואי הממוחשב), תיעוד, הדרכה, אבטחת מידע, בדיקות קבלה, תמיכה ושירות.
3. גבולות האחריות למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) לא יפחתו 2,500,000 דולר ארה"ב
 4. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;
 - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כלפי מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו;
 - הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים.
 5. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו על ידי הספק/היצרן וכל הפועלים מטעמם ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק/היצרן וכל הפועלים מטעמם.

ביטוח רכוש, מס' פוליסה:

- א. ביטוח מערכת לצילומי רנטגן DR על כל מערכותיה, רכיביה ואביזריה, הנמסרת לספק לביצוע תיקונים ותחזוקה מחוץ למשרד לביטחון פנים על יחידותיו בביטוח "אש מורחב" לרבות הרחבה לביטוח כל הסיכונים (עד לסך של 700,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח) וכולל סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה ושוד (על בסיס נזק ראשון עד לסך של 700,000 ₪ למקרה ולתקופה); הפוליסה כוללת סעיף שיעבוד תגמולי הביטוח בגין נזק לציוד וכל רכוש השייך לשירות בתי הסוהר שנמסרו לספק על ידי שירות בתי הסוהר לטובת מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר וישולמו להם אלא יורה חשב שירות בתי הסוהר למבטח בכתב אחרת;

או לחילופין:

הרחבת הכיסוי במסגרת פוליסת צד שלישי

כיסוי על פי דיני מדינת ישראל בגבולות אחריות שלא יפחתו מ- 700,000 ש"ח למקרה ולכל תקופת הביטוח, המכסה נזקים מערכת לצילומי רנטגן DR על כל מערכותיה, רכיביה ואביזריה הנמצא מחוץ למשרד לביטחון פנים על יחידותיו לצורך ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה. המערכת תיחשב כרכוש צד שלישי, יבוטל הסייג/החריג לעניין רכוש בחזקתו, בפיקוחו, בהשגחתו ובשליטתו של הספק.

ב. ככל שתושכר ע"י הספק מכוונת צילום רנטגן ניידת ותוצב בחצרי המשרד לביטחון פנים על יחידותיו

- ביטוח מסוג "אש מורחב" בערכי כינון את מכוונת צילום הרנטגן הניידת המושכרת מוצבת ומותקנת על ידי הספק ומטעמו בחצרי המשרד לביטחון פנים על יחידותיו על כל מערכותיה, אביזריה וציודה.
- ג. ביטוח מסוג "אש מורחב" בערכי כינון לציוד, וכל כלי העבודה המופעלים על ידי הספק ומטעמו לצורך מתן השירותים במשרד לביטחון פנים על יחידותיו בפריסה ארצית.

כחלופה לביטוח הרכוש – סעיף ג' בלבד - יציג הספק מכתב הצהרה המופנה לשירות בתי הסוהר, בו הוא מצהיר כי הוא לוקח על עצמו אחריות מלאה לכל נזקי "אש מורחב" לרבות



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה, גניבה ושוד שייגרמו לכל הציוד וכלי העבודה שיובאו על ידו ומטעמו לצורך מתן השירותים ומשחרר מכל אחריות, וכן מתחייב שלא לתבוע בגינם את מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו ועובדיהם.

ביטוח חבות המוביל או כל הסיכונים מטענים בהעברה (ניתן להציג באמצעות קבלן המשנה מטעם הספק), מס' פוליסה:

- א. הפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של הספק כמוביל לאבדן, נזק והפסד שייגרמו למדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו, עקב ביצוע העבודות, גבולות האחריות על בסיס נזק ראשון לכל העברה, לא יפחת מ- 700,000 ₪ בגין העברה אחת על גבי כלי רכב אחד. לחילופין, ביטוח כל הסיכונים רכוש/מטענים בהעברה שאינו כפוף לביטוח חסר, שלא יפחת מגבולות האחריות של 700,000 ש"ח על בסיס נזק ראשון לכל העברה על גבי כלי רכב אחד.
- ב. בכל מקרה, למען הסר ספק, הכיסוי הביטוחי יורחב לכלול כיסוי ולא יוגבל בכל חריג או סייג בגין:
- 1) טעינה ופריקה של כלי הרכב או בקרבתו.
 - 2) נפילה ושמיטת מטען.
 - 3) נזקים מבלימת פתע.
 - 4) נזק ע"י מטען אחר.
 - 5) נזקי מים.
 - 6) נזק בזדון.
- ג. הפוליסה כוללת סעיף שיעבוד תגמולי הביטוח בגין נזק לציוד וכל רכוש השייך למשרד לביטחון פנים על יחידותיו שנמסרו לספק ו/או מי מטעמו על ידי שירות בתי הסוהר, לטובת מדינת ישראל- שירות בתי הסוהר וישולמו להם אלא יורה חשב שירות בתי הסוהר למבטח בכתב אחרת;

ביטוח כלי רכב

ביטוח חובה, ביטוח רכב רכוש וביטוח צד שלישי רכוש כמקובל ובהתאם לייעוד ומטרות השימוש בכלי הרכב ביחס לכלי הרכב המשמשים לביצוע הובלות המערכת לצילומי רנטגן DR על כל רכיביה ומכונת צילום הרנטגן הניידת המושכרת למשרד לביטחון פנים על יחידותיו.

כללי

בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו**, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.
2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב רשום לחשב שירות בתי הסוהר.
3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - המשרד לביטחון פנים על יחידותיו ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
4. הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" _____ (יש לציין את השנה), בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
8. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות .
- בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.**
- בכבוד רב,

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

תאריך

נספח א' מתוקן לפרק המפרט (מפרט ומענה טכני) - מכרז מס' 43/2018

כל התכונות ההכרחיות הנדרשות (ככל שצוינו) בטבלאות שלהלן הינן הכרחיות במעמד הגשת ההצעה אלא אם צוין אחרת

חותמת המציע _____

מס"ד	תכונה נדרשת	יחידות מידה	דרישת מינימום	נתוני המערכת המוצעת
1	גנרטור			
1.1	גנרטור בתדר גבוה ומבוקר מחשב.		חייב להיות	
1.2	הספק של לפחות 50kW בעל תחום עבודה של 40-150kVp	kW	לפחות 50	
1.3	תחום עבודה	kVp	40-150	
1.4	שליטה ב-kVp	kVp	בקפיצות של 2 kVp לכל	
1.5	מקסימום .mAs	mAs	500	
1.6	מינימום .mAs	mAs	0.1	
1.7	זמן צילום - מקסימום.	Sec	10	
1.8	זמן צילום - מינימום	Sec	0.001	
1.9	מערכת אינטגרטיבית ששולטת בתמונה ובפרמטרים של החשיפה במסך אחד.	-	חייבת להיות	
1.10	מס' התוכניות הניתנות לשמירה תכניות עבודה מובנות APR	-	30	
2	מסך צפייה למפעיל			
2.1	ניהול הדמוגרפיה של המצלמים, כולל שמות	-	חייב להיות	

חתימה וחותמת המציע _____

מס"ד	תכונה נדרשת	יחידות מידה	דרישת מינימום	נתוני המערכת המוצעת
	בעברית			
2.2	ממשק לגנראטור לתכניות המובנות APR	-	חייב להיות	
2.3	קבלת נבדקים ב-RIS עם מעבר אוטומטי לרשימת העבודה של מכשיר ה-DR	-	חייב להיות	
2.4	אפשרות קבלת נבדקים באופן ידני ישירות במכשיר DR	-	חייב להיות	
2.5	מיפוי הבדיקות מה-RIS עם ה-APR ים כולל פירוט כל הפרמטרים שניתן לשמור מראש ב-APR. (מצב עבודה ידני kV, mAs, פוטוטימר, פילטרים ספקטראליים, גודל השדה לפי סוג הצילום ועוד, פרט).	-	חייב להיות	
2.6	עוצמת התאורה של מסך הצפייה תהיה	cad/m ²	250	
2.7	יכולת העברת מנת הקרינה המצטברת של נבדק ל-PACS	Dose Area Product - mGy*m ² DAP - או Air KERMA . - mGy	חייב להיות	
3	שופרת			
3.1	מספר מוקדים	-	2	
3.2	הספק במוקד גדול	kW	50	
3.3	הספק במוקד קטן	kW	17	

מס"ד	תכונה נדרשת	יחידות מידה	דרישת מינימום	נתוני המערכת המוצעת
3.4	גודל מוקד קטן	מ"מ	לא יותר מ-0.6	
3.5	גודל מוקד	מ"מ	לא יותר מ-1.2	
3.6	קיבולת חום האנודה	HU	300	
3.7	פיזור חום של האנודה	HU /sec	1226	
3.8	מהירות סיבוב של האנודה .	סל"ד	8000	
3.9	מקסימום קיבולת חום של בית השפופרת	HU	1250	
3.10	מתח עבודה של השפופרת מינימום	kW	22	
3.11	מתח עבודה של השפופרת מקסימום	kW	54	
4	קולימטור			
4.1	אפשרות לויסות ידני לפי רצון המשתמש.	-	חייב להיות	
4.2	אפשרות לתכנות פילטרציה לפי APR מובנים	-	חייב להיות	
4.3	סוג הפילטרים הספקטראליים	נחושת / אלומיניום	חייב להיות	
4.4	מספר הפילטרים הספקטראליים שניתן לבחור, יש לפרט	-	לפחות 2	
4.5	תכנות מובנה של הפילטרים דרך תכנות העבודה.	-	חייב להיות	
4.6	תצוגה של SID בפנל	-	חייב להיות	



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מס"ד	תכונה נדרשת	יחידות מידה	דרישת מינימום	נתוני המערכת המוצעת
	הבקרה של הקולימטור. יש לציין יחידות מידה			
4.7	יחידות מידה SID	ס"מ	חייב להיות	
4.8	תאורה- מנורה המתאימה לפעילות. תאורת LED (לד) יהווה יתרון.	-	חייב להיות	
4.9	כיבוי אוטומטי של אור הקולימטור.	-	חייב להיות	
4.10	זמן מינימום שניתן לכוון לכיבוי מנורה	sec	5	
4.11	זמן מקסימום שניתן לכוון לכיבוי מנורה	sec	לא פחות מ 60	
4.12	אור לסימון קו אמצע למרכז הצילום . סמן לייזר יהווה יתרון	-	חייב להיות	
5	מטלה שפופרת			
5.1	יכול נקודות עצירה במרחקים נדרשים מול ורטיגרף 110/140/180 ס"מ שולחן 110 ס"מ	-	חייב להיות	



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מס"ד	תכונה נדרשת	יחידות מידה	דרישת מינימום	נתוני המערכת המוצעת
5.2	יכול נקודות עצירה במרחקים נדרשים מעל שולחן 110 ס"מ	-	חייב להיות	
5.3	טווח תנועת אורך המתלה.	ס"מ	240	
5.4	טווח תנועות רוחב המתלה.	ס"מ	220	
5.5	גובה מקסימום מהרצפה	ס"מ	180	
5.6	גובה מינימום מהרצפה	ס"מ	35	
5.7	זווית סיבוב שפופרת אופקית לכל כיוון.	מעלות	180	
5.8	זווית סיבוב שפופרת אנכית לכל כוון.	מעלות	180	
5.9	זווית סיבוב שפופרת זוויתית לכל כוון.	מעלות	180	
6	מיטת הבדיקה			
6.1	מיטה ממונעת חשמלית	-	חייבת להיות	
6.2	מהירות עליה/ירידה	ס"מ /שנייה	1.7	
6.3	משטח שולחן צף לארבעה כיוונים עם מפסק רגל.	--	חייב להיות	
6.4	אורך המשטח	ס"מ	220	
6.5	רוחב המשטח	ס"מ	80	
6.6	גובה מקסימום של משטח השולחן לא פחות	ס"מ	85	



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מס"ד	תכונה נדרשת	יחידות מידה	דרישת מינימום	נתוני המערכת המוצעת
	מ-			
6.7	גובה מינימום של משטח השולחן לא יותר מ-	ס"מ	55	
6.8	כיסוי מרבי לאורך משטח השולחן לא פחות מ-.	ס"מ	135	
6.9	כיסוי מרבי לרוחב משטח השולחן.	ס"מ	53	
6.10	יכולת נשיאת המשקל דינמי לכל מיקום המשטח.	ק"ג	230	
6.11	מקדם הבליעה של המשטח לא יותר מ-	מ"מ אלומיניום	1.2	
6.12	מרחק הגלאי מהשולחן	ס"מ	8	
6.13	עקיבה (TRACKING) בין הגלאי שבשולחן ושפופרת הרנטגן לשינויים בגובה של השפופרת והשולחן בהתאמה ל-SID של 110 ס"מ.	--	חייב לביות	
7	בוקי שולחן			
7.1	תא יוניזציה לחשיפה אוטומטית עם 3 שדות.	-	חייב להיות	
7.2	גריד נשלף ונע כולל תא איחסון ופוקוס 110 ס"מ	-	חייב להיות	
7.3	גלאי בעל שטח צילום 35*43 ס"מ ויכולת תא איחסון.	-	חייב להיות	
7.4	תנועות הגלאי בתוך הבוקי ביחס למרכז המיטה	ס"מ לכל כיוון	18	

מס"ד	תכונה נדרשת	יחידות מידה	דרישת מינימום	נתוני המערכת המוצעת
8	בוקי עמידה			
8.1	בוקי ממונע חשמלי מעלה מטה	--	חייב להיות	
8.2	תנועת גובה מקסימום.	ס"מ	185	
8.3	תנועת גובה מינימום	ס"מ	40	
8.4	יכול גלאי דיגיטלי קבוע בגודל 35*43 ס"מ	-	חייב להיות	
8.5	תא יוניזציה לחשיפה אוטומטית עם מספר שדות	מס' שדות	3	
8.6	גריד נשלף ונע עם פוקוס של 140 ס"מ כולל תא איחסון.	--	חייב להיות	
8.7	עקיבה (סינכרון מלא בין השפופרת לגלאי) של בוקי עמידה עם תנועת השפופרת (TRACKING).	--	חייב להיות	
8.8	ירידה (למינימום גובה) של הבוקי ("נוגע ברצפה") כך שיתאפשרו גם צילומי כפות רגליים וקרסול בעמידה-	--	חייב להיות	
9	שני גלאיים: אחד לשולחן והשני לבוקי עמידה			
9.1	שני גלאים אל חוטיים קבועים FD בגודל 35*43 ס"מ בטכנולוגיית DR.	--	חייב להיות	
9.1	טכנולוגיית aSi ,CsI	--	חייב להיות	



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מס"ד	תכונה נדרשת	יחידות מידה	דרישת מינימום	נתוני המערכת המוצעת
	Cesium Iodide			
9.2	גודל הפיקסלים	μm	150	
9.3	גודל המטריצה.	מס' ביטים לפיקסל	16	
9.4	רזולוציה מרחבית בשטח הפעיל של הגלאי.	LP /mm	3.4	
9.5	נפח התמונה בפורמט הגדול ביותר 35*43 ס"מ כולל Bit /pixel.	מס' פיקסלים (לתמונה)	2880X2880	
9.6	כולל Bit /pixel.	Bit /pixel	16	
10	מחשב ניהול החולים, עיבוד התמונה והאגירה			
10.1	תמונות לניהול, לפחות	מספר תמונות	3000	
10.2	מערכת ההפעלה.	לפחות WINDOWS 7	7W	
10.3	גודל RAM - זיכרון דינמי.	GB	6	
10.4	ממשקי החיבור לרשת Ethernet.	--	חייב להיות	
10.5	צורב מקומי שיצרוב תמונות עם תוכנת צפייה בפורמט DICOM.	-	חייב להיות	
10.6	גודל מסך עבודה	"	21	
10.7	קורא ברקוד לזיהוי נבדקים (דמוגרפיה ניהול חולים).	--	חייב להיות	
10.8	UPS	--	חייב להיות	



מס"ד	תכונה נדרשת	יחידות מידה	דרישת מינימום	נתוני המערכת המוצעת
10.9	משך גיבוי	דקות	60	
11	קישוריות			
11.1	המערכת המוצעת תתאים לעבודה בסביבת מערכות המחשוב בשב"ס לרבות מחשוב הדימות, RIS, PACS.	--	חייב להיות	
11.2	המערכת תכלול קישוריות מלאה לפי תקני DICOM ותאפשר שירותי DICOM מלאים לרבות MODALITY WORKLIST, STORAGE COMMITMENT, MPPS, ארכוב וכיוב'.	--	חייב להיות	
11.3	נדרשת אפשרות שליחת הבדיקות למספר יעדים ("כתובות") במקביל לבחירה ע"י הרנטגנאי או הרדיולוג מתוך רשימה מוגדרת המוצגת למשתמש (כגון: שליחה לארכוב יחד עם שליחה לצריבה יחד עם שליחה לעמדת עבודה).	--	חייב להיות	
11.4	במערכת הבקרה ישולב צורב דיסקים עם יכולת צריבת הבדיקה.	--	חייב להיות	
11.5	הדיסק הצרוב יכלול כל המרכיבים כגון VIEWER אשר נחוצים לצפייה בבדיקה.	--	חייב להיות	
11.6	ה – VIEWER צריך לפעול ללא התקנה	--	חייב להיות	



מס"ד	תכונה נדרשת	יחידות מידה	דרישת מינימום	נתוני המערכת המוצעת
	מקומית או העתקה של קובץ / קבצים לעמדה.			
11.7	יכולת שירות מרחוק למערכת, במידה ויאושר ע"י אבטי"מ. הספק יציין את מיקום מרכזי שירות בארץ ובעולם	--	חייב להיות	
11.8	הספק יתחייב לשיתוף פעולה מלא עם הגורמים המקצועיים בשב"ס בכל הנוגע לאבטחת סודיות המידע, על פי העקרונות המקובלים על הגורמים המקצועיים בשב"ס	--	חייב להיות	
11.9	הספק יתחייב לשיתוף פעולה מלא עם הגורמים המקצועיים בשב"ס ועם ספקי מערכות המחשוב והתוכנות לשב"ס בכל הקשור למיצוי היכולות לממשק את המערכת למערכות המחשוב של שב"ס	--	חייב להיות	
11.10	המערכת תתמוך בפרוטוקולים הבאים:			
11.10.1	DICOM media on • . CD-R	-	חייב להיות	
11.10.2	DICOM WLM (Work • (List Management	--	חייב להיות	
11.10.3	DICOM MPPS • (Modality Performed (Procedure	--	חייב להיות	
11.10.4	DICOM Image • Export (C-STORE SCU) incl. - Storage Commit	--	חייב להיות	



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

מס"ד	תכונה נדרשת	יחידות מידה	דרישת מינימום	נתוני המערכת המוצעת
11.10.5	DICOM Dose • Structured Report	--	חייב להיות	
11.10.6	DICOM PROFILES •	--	חייב להיות	
12	אביזרים			
12.1	מחזיק ידיים לצילומי חזה בעמידה על בוקי בעמידה ומחזיק ידיים למיטה.	--	חייב להיות	
12.2	מיקרוסוויץ' MICROSWITCH לדלתות פנימיות בחדר הצילום כולל תשתית	--	חייב להיות	
13	אינטגרציה במפעל היצרן			
13.1	נדרשת הרכבה מוקדמת (אינטגרציה מלאה) של המערכת במפעל היצרן. יש לספק דו"ח בדיקה בסיום ההתקנה.	--	חייב להיות	
14	שירות:			
14.1	UP-TIME לפחות 98%.	אחוז	98%	
14.2	MTBF (על פי הוראות יצרן)	בחודשים	8	
14.3	MTTR	בשעות	8	
14.4	תדירות ומשך טיפולים מונעים כנדרש על ידי היצרן מסמך PM של היצרן. יש לצרף מסמך	בחודשים	12	



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

- הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
- להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 10/12/2018 שעה 12:00.
- יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.