

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(הקריאה)
יחידה מזמינה:	ביה"ח טיקואי
תאריך:	14/09/18

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל **X**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

רקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
5	1098952757	סט צנרת מחבר ופילטר אוניברסאליים למשעל
1	1095081642	COUGH ASSIST E70 INTERNATIONAL
4	1040015091	CA 70 SERIES FOOT PEDAL
3	1040015083	TRILOGY DETACHABLE BATTERY PACK
2	1040015075	CA 70 SERIES ROL STAND

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

3 בספטמבר 2018  
מספרנו: יש/2018-0446  
תיק: 6511, 1115

לכבוד  
מר גיל דר  
גב' גיל נעים  
כאן

נכבדי,

הנדון: בי"ח שיקומי/שיקום נירולוגי – חו"ד לרכישת משעל משולב עם פרקושונייר

דוא"ל מיום 29.4.18  
דוא"ל מיום 3.9.18

1. בהמשך לסימוכין נדרשת רכישת המכשיר שבנדון, בכמות 1 יח, על מנת לייעל ולהקל על פעילות הנשימתית של מטופלים.
2. מדובר במכשיר המשמש את הצוות הפיזיותרפי בתחום הנשימה.  
בעבר נבדקו דגמי המכשור הבאים:  
דגם E70 תוצרת PHILIPS  
דגם DIMA תוצרת PEGASO  
דגם NIPPY CLEARWAY תוצרת B&D  
תוצאות הבדיקות הבהירו כי דגם E70 הינו הדגם המועדף (סימוכין ב') לאחר שהוברר שדגם PEGASO אינו משווק בארץ ואילו דגם NIPPY CLEARWAY מסורבל מאחר ודורש צנרת מיוחדת אישית לכל מטופל.
3. לנוכח הנייל מומלץ לממש הצעת חב' מדטכניקה הרצי"ב.  
ניתן לראות ביצרון פיליפס ונציגותו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.  
תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.  
ההזמנה תכלול ספרות הפעלה ושרות.  
הבהרה: עלות תוספת אוקסימטריה שוות ערך לעלות משעל חדש נוסף. לפיכך אינה מומלצת אינטגרלית במשעל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתקים: פרופ' גבי זייליג  
מר חנניה שרון  
מר רון בן אלי  
ד"ר יורם שדמי  
מר יהודה קטורזה