

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקרייטאג הי"ח של
יחידה מזמינה:	מא"ב/הלב"ה
תאריך:	4.11.18

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
6	1098705247	'STANDARD WALL CHANNEL 19
5	1096100888	ARM SUPPORT KIT M-SERIES MP20/30MP40/50 GCXAG-0018-21
3	1096082797	ADD INVAS PRES/TEMP COMB
4	1095077020	INTELLIVUE INFORMATION CENTER IX
1	1095073680	INTELLIVUE MX800 PATIENT MONITOR
2	1095056032	MULTI MEASUREMENT SERVER-MODULE M3001A
7	1040015380	מסך PHILIPS 23.6

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. **TEL. 972-3-5303388/3917**
פקס. **FAX. 972-3-5303387**

תאריך: 1 באוגוסט 2018
מספרנו: יש/ 0365-2018
תיק:

לכבוד
גיל דר

כאן

נכבדי,

הנדון: מלר"ד/השתייה- חו"ד להשלמת מע' ניטור
דוא"ל מר צרפתי מיום 25.7.18

בהמשך לסימוכין נדרשת מערכת ניטור ליחי' ההשתייה במלר"ד הכוללת 6 מוניטורים מסוג Bed Side +

תחנה מרכזית (תחנת אחות) כאשר:

המוניטורים יהיו ממוקמים ע"ג הקיר.

התחנה תכלול 6 רישיונות ויכולת התממשקות לקמיליון.

ניטור הא.ק.ג יהיה באמצעות 12 לידים.

בהצטיידות חדרי ההלם של מלר"ד נותרו 4 מוניטורים מסוג Bed Side דגם MX800 תוצרת פיליפס.

המוניטורים כוללים את כל שנדרש ללא אופציית 12 לידים.

לנוכח העובדה כי כל מערכת הניטור במלר"ד מבוססת על תוצרת פיליפס ולנוכח קיום חלק ממרכיבי

מערכת הניטור הנדרשת שהינם מתוצרת חב' פיליפס, מחוייב להשלים הנדרש מחב' פיליפס מטעמי

אינטגרציה, אחידות המכשור וזוהות האביזרים לנוחיות הצוות הרפואי/סיעודי.

רצ"ב הצעת מחיר לרכישת הפריטים הבאים:

- מוניטור דגם MX800 בכמות 2 יחידות.

- מודול בסיסי M3001A עם יכולת ניטור א.ק.ג 12 לידים בכמות 6 יחידות.

- תחנה מרכזית (תחנת אחות) דגם IX בכמות 1 יחידה.

- מסך תחנה בכמות 2 יחידות.

- מתלה קיר בכמות 6 יחידות.

- אביזרים חיוניים לכל המוניטורים.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

יש לממש כל מרכיבי ההצעה על מנת לתת למענה לסימוכין.
מהרשום לעיל ניתן לראות חב' פיליפס ספק בלעדי לרכישה זו.
למען הסר ספק כל מערכות הניטור במיון מבוססות על תוצרת פיליפס.
תקופת אחריות 24 חודשים.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתק: ד"ר אבינת עירוני
מר דוד צרפתי