

**טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"**

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	
יחידה מזמינה/מכון:	מכון וטרנרי
תאריך חוות דעת:	21/10/2018
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל:  כן  לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	ביו ראד
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	560014243
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	9,523.8 ש"ח, כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	שנה

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

מהות ההתקשרות היא מתן שירות בדיקה ותיקון למכשיר qPCR מסוג CFX96. נדרש לבדוק ולתקן מכשיר כזה שאירעה בו תקלה. המכשיר הנדון כולל רכיבים אלקטרוניים ואופטיים רגישים מאד, ומהווה נדבך חשוב ביכולת האבחון ובעבודת המחקר של החטיבה לווירולוגיה במכון הווטרנרי. עלות המכשיר במקרה של השבתה מלאה היא כ- 120,000 ש"ח. על מנת להבטיח את המשך העבודה לאורך זמן ותוך עמידה בדרישות המחמירות של האבחון בחטיבה, ועל מנת לעמוד בלוחות הזמנים של תכנית המחקר, נדרש לבצע תיקון ברמה הגבוהה ביותר, באמות המידה הנדרשות על ידי היצרן.

לכן רק מעבדה בעלת הכשרה וניסיון ראויים מבחינת היצרן, יכולה לתת הערכה מקצועית מדויקת ולבצע תיקון כנדרש.

הטכנאים במעבדת השירות של ביו ראד עוברים הכשרה והסמכה לטיפול המכשירים ע"י היצרן וברשותם מלאי החלפים הדרוש לתיקון המכשירים הנמכרים ע"י היצרן. לפי מיטב ידיעתי, אין בישראל מעבדה אחרת, מלבד מעבדת השירות של ביו ראד, המסוגלת לבצע עבודה זו ברמה הנדרשת, למכשירים של ביו ראד.

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

א. בירורים טלפוניים לגבי איתור התקלה ובחינת האפשרות לבדיקת ותיקון המכשיר  
 ב. העברת המכשיר למעבדת השירות של הספק וביצוע הערכה שלו לגבי מהות התקלה והתיקון הנדרש.

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)  
 א. כפי שצוין לעיל, לא ידוע לי על מעבדת שירות הנותנת שירותי בדיקה ותיקון למכשירי qPCR של חברת Bio Rad, למעט מעבדת השירות של החברה עצמה.


ב. בדיקת הטכנאי העלתה כי לוח האם ביחידת הבקרה של המכשיר התקלקל ומצריך החלפה.

3. נימוקים והערות נוספות

לפי הידוע לי, מעבדת השירות של ביו-ראד בישראל היא היחידה המחזיקה חלקי חילוף רלוונטיים ומסוגלת לבצע את התיקון והבדיקות הנדרשות, על מנת לוודא כי המכשיר תקין לאחר ביצוע הטיפול.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	אחראי על האבחון המולקולרי בחטיבה לוירולוגיה, המכון הווטרנרי	אורן ארסטר
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית