

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(מריאל בית ספר)
יחידה מזמינה:	מרכז רפואי שיבא
תאריך:	5.11.18

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
11	1095081857	PULLER
10	1095081840	COMPRESSTOME VIBRATING MICROTOME
9	1095081832	STG4004-16MA
6	1095081824	LOW-NOISE DATA ACQUISITION SYSTEM
4	1095065504	ISOLATED STIMULATOR ISO-01D-100 100V
1	1095065496	EXTRACELLULAR AMPLIFIER
13	1040015414	FIBER-LITE ILLUMINATOR (150W)-STAND
12	1040015406	LED FIBER ILLUMINATOR 20W 240V
7	1040015398	PCLAMP 11 SOFTWARE FOR WINDOWS
8	1040001703	CHAMBER SYSTEM IN ACRYLIC 2 CHANNEL 2
5	1040001679	SHIELDED CABLE SET FOR ISO SYSTE
3	1040001661	MICRO ELECTRODE HOLDER BNC
2	1040001653	DIFFERENTIAL HEADSTAGE FOR EXT AMPLIFIER

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי



חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל מח' הנדסה רפואית	ד"ר יורם שדמי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

4 בנובמבר 2018  
מספרנו: יש/0522-2018  
תיק: 9-1120, 5012

לכבוד  
מר גיל דר  
גבי גילי נעים  
כאן

נכבדי,

**הנדון: מכון לחקר המח/מעבדה לאלקטרוֹפּוֹזיטולוגיה מוחית –  
חו"ד לרכישת מערכת לרישום פעילות מוחית**

- א. מכתבנו יש/2010-267 מיום 24.5.2010  
ב. דוא"ל דר' מאגין מיום 28.10.18  
ג. דוא"ל חב' NBT מיום 1.11.18

- א. בעקבות נזק מים נרחב ניזוקו פריטי מערכת לרישום פעילות מוחית, אשר משמשים את המעבדה בפעילות המחקרית היומיומית החל מיום 1.9.2010.
- ב. פרופ' צ'פמן הבהיר ביום 29.4.18 כי חב' NBT מהווה ספק ייעודי וייחודי לנדרש במעבדה. בעקבות זאת בוצעה פנייה מחודשת לחברה על מנת לקבל תחליפים לפריטי המכשור שניזוקו נזק מוחלט לאחר שבדקו והובחר כי הנזק אכן מוחלט.
- ג. בסימוכין ג' העבירה חב' NBT הקבלה בין ההצעה המקורית למערכת שנרכשה בשנת 2010 לבין ההצעה לחלופות מיום 16.9.18.
- ד. חוזה משנת 2010 תואמת לנדרש עתה בהתאם לסימוכין ג' על כל המשתמע מכך.
- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים לכל הפריטים כמקובל במוסד. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת

העתקים: פרופ' יואב צ'פמן  
דר' ניקולה מאגין  
דר' שביט-שטיין אפרת  
דר' יורם שדמי  
מר יהודה קטורזה  
מר שי סויסה