

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

| | |
|---------------|--------------------|
| משרד: | הפריאלוג ביוט, לנס |
| יחידה מזמינה: | הי.נ. אמרס' |
| תאריך: | 17/10/18 |

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

בבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט | תיאור פריט |
|-----|------------|------------------------------------|
| 1 | 1095072997 | T-SHAPED INTRAOPERATIVE TRANSDUCER |
| | | |

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| שם הספק: | אמי טכנולוגיות |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 511283194 |
| מספר ספק בשיבא | 1012 |
| ספק זה הינו: | _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 12,070 יורו + מע"מ |
| תקופת ההתקשרות | 24 חודשים |



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

15 באוקטובר 2018
מספרנו: יש/2018-0481
תיק: 1001, 1125A

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כ.א.ן

נכבדי,

הנדון: חדר ניתוח מרכזי – חו"ד לרכישת מתמר לאולטראסאונד תוצרת B&k

מתמר CONVEX דגם 8816 מס' סידורי 3974203 המשמש את המכשיר שבנדון, ניזוק ואינו ניתן לתיקון.

נדרשת רכישת מתמר חדש. המתמר שניזוק יושבת.

רצ"ב הצעת מחיר חבי אמי טכנולוגיות לרכישת מתמר חדש אותה יש לממש.

לא ניתן לחבר מתמר מיצרן אחר למכשיר מתוצרת B&k ולפיכך יש לראות היצרן באמצעות נציגותו ספק יחיד לרכישה זו.

הרכישה תמומש בהתאם לתוכנית ההצטיידות 2018/סעיף השבתות.

יש לדרוש תקופת אחריות למתמר 24 חודשים כמקובל במוסד.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר + תכתובת