

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	המסלול כ"ה לטל
יחידה מזמינה:	קרדיולוגיה או פולמו
תאריך:	4/11/18

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095079331	FUS8354 EPIQ 7 X8-2T TRANSDUCER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים _____ ביצוע עבודה _____

טובין

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	ספק יחיד _____ √ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$33,467 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

23 באוקטובר 2018
מספרנו: יש/0497-2018
תיק: 1125A, 7006-6

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
בא

נכבדי,

הנדון: קרדיולוגיה לא פולשנית – חו"ד לרכישת מתמר TEE תוצרת פיליפס

המתמר שבנדון, מדגם X8-2T, מסי סידורי B241H0 ניזוק והובחר כי קיים סיכון למטופל בשימוש במתמר. המתמר לא ניתן לתיקון, אסור לשימוש ולכן יושבת.

רצ"ב הצעת חבי מדטכניקה לרכישת מתמר חדש אותה יש לממש.

המכשיר מתאים לשימוש עם מכשיר אולטראסאונד דגם EPIQ-7 תוצרת פיליפס חקיים ביחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית. לא ניתן לעשות שימוש במתמרים מתוצרת אחרת ולכן יש לראות ביצרן ובנציגותו ספק בלעדי לרכישה.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים כמקובל במוסד.

הרכישה תמומש במסגרת תוכנית הצטיידות סעיף השבתות.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: ד"ר יורם שדמי
מר יהודה קטורה