

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
יחידה מזמינה:	3 (גרי ו) קים
תאריך:	8/11/18

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

?קשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095081881	SITE-RITE 8 FOR THE EU ( CONSOLE , PROBE , AC BRICK

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	אמי טכנולוגיות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511283194
מספר ספק בשיבא	1012
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד    _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 17,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

11 ביולי 2018  
מספרנו: יש/2018-0332  
תיק: 1125

לכבוד  
מר גיל דר  
כאן  
נכבדי,

**הנדון: צנתורי ילדים – חו"ד לרכישת אולטראסאונד וסקולרי ייעודי לצנרוז כלי הדם**

דוא"ל שלך מיום 11.6.18

ביחי' לצנתורי ילדים מצוי אולטראסאונד וסקולרי דגם Site Rite 5, מסי' סד' DYSF8021 תוצרת BARD מיום 3.11.2008. הכולל מתמר בתחום תדרים 5-10MHz.

המכשיר אינו בשימוש מסי' חודשים עקב נזק.

ביום 17.6.18 הבהירה נציגת היצרן חב' אמי טכנולוגיות כי אין יכולת רכישת חלפים למרות שתיוקונים עדיין מתבצעים ע"י היצרן. המכשיר נשלח אל היצרן לתיקון.

ממצאי היצרן הבהירו כי קיימות תקלות במתח הגבוה וקצרים בלוח הבקרה, ובמעבד, וקיים צורך בהחלפת הסוללה. העלות המבוקשת הינה בסך של כ-30% מעלות מכשיר חדש (ללא מתמר).

עלות תיקון המתמר שהיה לא תקין אף הוא מביא לעלות של 50% בהשוואה למכשיר חדש. לנוכח חוסר יכולת התמיכה במכשיר ולנוכח העלויות הכרוכות בהשמת הקיים בהשוואה לחדש, יש להשבית הקיים ותחתיו לרכוש דגם SITER RITE 8 חלופי ועדכני.

בבדיקת ביצועי הדגם החדש הסתבר כי קיימת יכולת הדגמת קוטר הצנתר ביחס לקוטר הנמדד של כלי הדם בזמן אמיתי באמצעות תוכנה ייחודית המאפשרת קבלת מידע על קוטר הצנתר הניתנת לשימוש ע"י המצנתר מבלי לפגוע בכלי הדם אליו מתוכנן להכניס הצנתר.

מבדיקת קיום אפליקציה תוכנה זו אצל מגוון יצרנים, הסתבר כי הינה ייחודית. אצל היצרנים האחרים המדידה ידנית.

לנוכח העובדה כי דר' כץ הבהיר חשיבות קיום תוכנה זו במיוחד בילדים, ניתן לראות היצרן BARD ודגם SITE RITE 8 ייחודי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

יש לממש הצעת חב' אמי טכנולוגיות, כאשר תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים מיום הקליטה בפועל וכן ספרות הפעלה ושרות יסופקו עם המכשיר.

בברכה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתק: דר' אוריאל כץ