

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	המרכז
יחידה מזמינה:	כ"ה שיבא י"א נח"ט
תאריך:	16.01.18

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

בקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1098940232	FILTER RFIDX2 RAPIDVAC 3 PORT
4	1098903404	עיפרון דיאטרמיה לשואב עשן
3	1095080123	SE3695 RAPIDVAC SMOKE EVACUATOR 220V
5	1040013427	SEA3745 RAPIDVAC FOOTSWITCH
1	1040013419	SEA3730 RAPIDVAC INTERLINK CABLE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטרוניק טריידינג
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512833336



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

21 בדצמבר 2017
מספרנו: יש/0467-2017
תיק: 7015-5, 1143

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן

נכבדי,

הנדון: יח' מוהס – חו"ד לרכישת שואב עשן אינטגרלי לדיאטרמיה

ביח' מוהס מצויה בשימוש דיאטרמיה מתוצרת Medtronic-Valleylab אשר מחייבת שימוש בשואב עשן על מנת לשמור על בטיחות המטופלים והצוות בעת ההליך הכירורגי.

לחבי' מדטרוניק שואב עשן דגם RAPIDVAC אשר נבדק בפועל בביה"ת, הן בח.ג. גניקולוגי והן בחדר ניתוח לכירורגיה אונקולוגית ויעילותו הובהרה מעל כל ספק.

המערכת הינה ייחודית ומאפשרת חיבורה לכל הדיאטרמיות מתוצרת VALLEYLAB כאשר אין יכולת חיבור העפרון שבמערכת למערכות שאינן מתוצרת חבי' Medtronic-Valleylab.

אשר על כן מומלץ לממש הרכישה בהתאם להצעת חבי' Medtronic, בכמות 2 יח' (ולא כפי שרשום בהצעה), כאשר:

פריט 1 – כבל סינכרון שואב אבק עם דיאטרמיה תוצרת Valleylab

פריט 2 – מארז של זוג פילטרים המתאים לשימוש למשך 25 שעות עבודה – פריט מתכלה

פריט 3 – שואב עשן

פריט 4 – מארז של 20 יח' של עפרון שואב עשן – פריט מתכלה

פריט 5 – דוושית הפעלה (בנוסף להפעלה ידנית)

לנוכח העובדה כי עפרון השאיבה מאפשר חיבורו רק לדיאטרמיות מתוצרת Valleylab, ניתן לראות היצרן מדטרוניק ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך מאחר והדיאטרמיות שבשימוש יח' מוהס הינן מתוצרת Medtronic-Valleylab.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים מיום הקליטה בפועל. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: דר' גלית אבינועם-דר