



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 ועדת מכרזים מרכזית


תאריך: ג' טבת תשע"ט

10 דצמבר 2018


הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) - התקשרות עם אילקס מדיקל בע"מ ח.פ.
 20042219 – רכישת ממחה אוטומטי שקט במיוחד בעל מבנה ייחודי למניעת זיהומים (2 יחידות)

פרוטוקול


1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם אילקס מדיקל בע"מ לרכישת הטובין שבנדון.
2. מצ"ב מסמכי הנמקה וחוות דעת מקצועית מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר אילנה מלר, מנהלת המעבדה למיקרוביולוגיה, לעובדת היות החברה ספק יחיד בנסיבות העניין. המסמכים מספקים ולא מצאנו לנכון להוסיף עליהם (עיקר הנמקה הנה לאור העובדה כי מדובר במכשיר שקט, הסגור הרמטית באופן המונע את זיהום הדוגמא).
3. עלות ההתקשרות הנה: 30,111 ₪ כולל מע"מ בהתאם להצעת החברה מיום 19/11/2018 המצ"ב. יובהר כי היחידה רוכשת שתי יחידות מן הטובין המבוקשים עלות כל אחד בנפרד: 13,545 ₪ בתוספת מע"מ.
4. הועדה מאשרת אפוא את הרכש המבוקש על יסוד תנאי תקנה 3 (29) לתח"ס, הפטור כפוף לחובת פרסום ותקף בהיעדר השגות.
5. תוקף ההתקשרות והפטור הנו מיום אישור הזמנה ע"י מורשי החתימה של המשרד עד ליום 31/12/2020.




 ראני נוג'ידאת
 ס/חשב




 עו"ד מהא אלג'עפרי דיבסי
 נציגת היועץ המשפטי



 אסף יצחקי
 יו"ר הועדה



 אוהד דגמי, חבר



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.8.2
 פרק משני: פטור ממכרז מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	החקלאות
יחידה מזמינה:	המעבדה למיקרווגיה של מחון
תאריך:	18.11.2018

אל: ועדת המכרזים
הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנת חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
5AESA1064-מכשיר 2-Smasher מכשירים
ממחה אוטומטי, שקט במיוחד, בעל מבנה ייחודי למניעת זיהומים.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
 טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אילקס מדיקל בע"מ
מספר הספק (ח.פ./ח.צ.ע.מ./מספר עמותה)	520042219
ספק זה הנן:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	30,110.5 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	חצי שנה

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

עמוד 1 מתוך 2

שם המאשר: ליאור אגאי
 תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

בתוקף מיום: 01.01.2010

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר הוראה: 7.8.2


פרק משני: פטור ממכרז

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

המעבדה למיקרוביולוגיה של מזון במכון הווטרנרי מבצעת בדיקות עבור ייצור תוצרת חקלאית מן החי למדינת הקהיליה האירופית, לארה"ב וקנדה. מעבדה קבלה הסמכה מטעם הרשות להסמכת מעבדות ופועלת עפ"י התקנים האירופיים והאמריקאיים. לצורך ביצוע בדיקות יצוא לארצות הברית, קנדה והקהיליה האירופית. עפ"י דרישות הרשויות האמריקאיות והקהיליה האירופית, אנו מחוייבים לעבוד עם מכשיר טילטול, היחידה נדרשת לרכוש מכשיר טילטול תוצרת Smasher סדרת ה-Blue Line, בנהלי עבודה כתוב: שוקלים דוגמא, מוסיפים מצע נוזלי ומטלטלים 2 דקות. בשוק יש מכשיר לטילטול של חברה אלכס רד, אבל הוא עושה רעש, לא סגור אוטומטי שיכול להגיע לזיהום דוגמא בתהליך טילטול. רעש קבוע מפריע לעבודה במעבדה, כי אנשים עובדים כל הזמן באותו חדר, במכשיר המבוקש יש 3 סוגי מהירות, צריך לשנות מהירות בהתאם לסוג מזון. במכשיר של אלכס רד יש רק מהירות אחד. המכשיר של חב' ביומריוקס, צרפת, כאשר הספק הבלעדי בארץ הינו חברת אילקס. Smasher הינו ממחה אוטומטי המיועד להוגניזציה מוצרי מזון מין החי עם חומרי העשרה. אפשרות לעבודה עם 2 שקיות במקביל בנפח כולל של 400 מ"ל, שחוסך זמן עבודה, עובד בשקט במיוחד. מהירות הפדלים מותאמת לטקסטורה המוצר ומיקומו בשקית, ומבטיחים מעיכה הומוגנית של המוצרים. בעל מבנה ייחודי למניעת זיהומים.

בכבוד רב,

ד"ר אילנה מלר	מנהלת המעבדה למיקרוביולוגיה של מזון	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה