

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
יחידה מזמינה:	המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
תאריך:	12.11.18

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

בבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095081899	MEDLEY 3 - LVP COMBINATION

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

טובין

שם הספק:	דובר
מספר ח.מ. / ח.צ. / עמותה	510658404
מספר ספק בשיבא	1399
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$54,950 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

תאריך: 5 באוגוסט 2018  
מספרנו: יש/ 0374-2018  
תיק:

לכבוד  
גיל דר  
אורנה רחמיטוב

כאן

נכבדי,

הנדון: המטאאונקולוגיה מבוגרים/ השתלות מח עצם - חו"ד לרכישת מערכת עירוי רב ערוציות

א. מכתבנו עש/2017-0146

ב. דוא"ל רחמיטוב אורנה מיום 31.7.18

בסימוכין קיימת דרישה לרכישת המערכות שבנדון בכמות 10 יח', כאשר כל מערכת תכלול 3 מודולים של משאבת עירוי נפחית דגם MEDLEY 8100 ובקר (PCU) דגם MEDLEY 8015.

בסימוכין א' הרצ"ב ניתן הסבר לצורך העקרוני ולאישור כל גורמי ביה"ח הרלבנטים לרכישת דגם MEDLEY - אישור התקף לכל שנדרש בקמפוס לטיפול בעירוי רב- ערוצי.

רצ"ב הצעת חבי' דובר למימוש הרכישה אותה מומלץ לממש על כל סעיפיה כאשר האחריות הניתנת הינה למשך 5 שנים כולל טיפולים ולא כפי שרשום. (תוקף יש לו משמעות החל מיום 1.1.19 ושיחייב את חבי' לפידות כנציגת BD החל מתאריך זה).

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הסימוכין+ הצעת מחיר  
העתק: גבי ניצה פאר  
גבי חנה פרס  
פרופ' ארנון אפק