

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הד"ר אלון מיתל סלמ
יחידה מזמינה:	ח.י. ניתוחי א.ק
תאריך:	12.11.18

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

ברקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095081923	SYSTEM ATLGIQ1 AUTOLOG AUTOTRANS-NON US

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב מד"י שדמי

לא

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

טובין

שם הספק:	מדטרוניק טריידינג
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512833336
מספר ספק בשיבא	92941
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	252,936 שח' + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

31 באוקטובר 2018  
מספרנו: יש/0475-2018  
תיק: 1015, 1128

לכבוד  
מר גיל דר  
גבי גילי נעים  
כ.א.ן

נכבדי,

**הנדון: ח.ג. ניתוחי לב – חו"ד לרכישת מכשיר ל-AUTOTRANSFUSION**

בשימוש ניתוחי לב המכשיר שבנדון דגם AUTOLOG תוצרת מדטרוניק בכמות 3 יח' אשר נרכשו בשנים 2004, 2007, 2008.

היצרן החל בשיווק דגם Autolog Hq וחביר כי ייצור חדגם הקיים הופסק.

המכשיר מבצע הפרדת כדוריות דם אדומות משאר מרכיבי הדגם באמצעות צנטריפוגה אינטגרלית וקלט מתכלה מתאים.

המכשיר בנוסף מבצע יניקה בתוספת נוגדני קרישה, שטיפה ומילוי שקיות דם באמצעות משאבה, מעי יניקה ושסתומים אינטגרליים.

מבדיקת נתוני חדגם המשופר חובהרו הנתונים העיקריים הבאים:

- ניתן פתרון לחסרונות בדגם הקיים וטכנולוגיה הינה דיגיטלית
  - קיים מסך מגע בגודל 7" המחוזה חלק ממערכת הבקרה וההתראה החדשה לנוחות בתפעול
  - משאבת ואקום חדשה בעלת ראש מופחת הכוללת וסת ואקום אינטגרלי (אין צורך בווסת חיצוני)
  - סנסור IR חדש עם כיוול אוטומטי הנותן תוצאה טובה ומדוייקת של פעילות המכשיר
  - מנוע צנטריפוגה חדש מופחת רעש
  - סעפת חדשה לצנרת
  - יציאת USB לתיעוד נתונים
- הקיימים המתכלים הייעודיים נותרו ללא שינוי.

מאחר ומכשיר זה הינו מרכיב חיוני בניתוחי לב ומאחר והמתכלים נותרו ללא שינוי, יש לשמור על אחידותם בכל חדרי ניתוחי הלב.

מהיבט תפעולי קיימת שביעות רצון מלאה של צוות חדר הניתוח מהמכשור.

לפיכך מומלץ מטעמי אחידות המכשור, טיבו, איכותו והקיימים המתכלים לראות ביצרן מדטרוניק ספק בלעדי לרכישת מכשור זה על כל המשתמע מכך.

יש לממש הצעת המחריר הרצי"ב לכמות 3 יח'.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים. האחריות תכלול את הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

תינתן ספרות הפעלה ושרות כמקובל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר  
הבהרות חבי' מדטרוניק

העתקים : ד"ר ד. אורקין  
ד"ר ל. סטרניק  
מר י. שוורץ  
מר י. קציר  
ד"ר יורם שדמי  
מר י. קטורה