

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות כים לטען
יחידה מזמינה:	מרכז
תאריך:	28.11.18

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

בקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095080586	GS TITANIUM SU W.MOBILE STAND INCL 2 BOXES OF SINGLE USE BLA

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חווד מצ"ב מדר' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	בפקס
מספר ח.ג. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 11,750 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

22 בנובמבר 2018
מספרנו: יש/2018-0547
תיק: 1130-6, 2001

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
מח' רכש

נכבדי,

הנדון: מלר"ד – חו"ד לרכישת לרינגוסקופ לאינטובציות קשות

דוא"ל מיום 21.11.18

בהמשך לסימוכין נדרשת רכישת לרינגוסקופ לאינטובציות קשות בכמות 1 יח'.

המכשיר המצוי בשימוש במלר"ד רבתי הינו מתוצרת VERATON. הבהירו דר' אור בעבר ודר' עירוני כיום כי יש לשמור על אחידות המכשור במלר"ד, דהיינו לרכוש דגם גלידוסקופ.

ברור כי שמירה על אחידות המכשור תאפשר שימוש בלהבים החד פעמיים המצויים בשימוש במלר"ד.

רצ"ב הצעת חב' בפקס לרכישת המכשיר הכולל: מסך, כבל חיבור מסך לרינגוסקופ ושני מארזים של להבים חד פעמיים.

יש לממש ההצעה על כל סעיפיה.

מטעמי אחידות המכשור יש לראות את היצרן VERATON ונציגותו המקומית ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה בפועל.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעה+תכתובת

העתקים: דר' א. עירוני
דר' י. שדמי