

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

מספר	הבריאות	א"ח ש"ס
מחוז	מ"כ	
ת"ד		6211019

מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מוחת ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
להביא למכשיר האליוזסקופ

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם המכרז	כפ"ק
מספר המכרז	5105/2841
סוג המכרז (האם ממשלתי / מסחרי / שירותי)	
סוג המכרז (האם ממשלתי / מסחרי / שירותי)	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
אחראי / שירות / שירות	150,000
תקופת המכרז	24
ספק חוץ <input type="checkbox"/>	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

הלהבין של חברי הספק
הם המתאימים לעשיית הספק
התמצא בל"ב גילי"ב. לטענת החברה אוצרן אחר.
מז"ב מכתבו של ה"ב שאני ורסק

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

י. צ. י. סל.

--	--	--

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
אסונגף לבית הספר לרפואה ע"ש שאקלו
באונברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

26 באפריל 2017
מספרנו: יש/0155-2017
תיק: 2001, 1130-6

לכבוד
מר גיל דר
גבי נעים גאולה
2 א

נכבדי,

הנדון: מלר"ד צוק -

חוו"ד לרכישת לחב עבור מערכת וידאו-לרינוסקופ לאינטוסקופיות קשות

1. בעקבות עיקור של חימום יתר ללחב טיטניום LOPO T4 נגרם נזק מוחלט ללחב במיון. עלות הלחב 5,900 דולר ללא מע"מ.
 2. לבקשת המשתמש, יש לרכוש לחב המתאים לשימוש חד-פעמי.
 3. מומלץ לממש חצעת מחיר מס' Q171165 של חבי בפקס ללחב חד פעמי תוצרת VERATHON. החצעה כוללת כבל וכמותות חתולתיות של 10 לחבים חד פעמיים מדגם S3 + 10 לחבים חד פעמיים מדגם S4.
- לא ניתן לתבר לחב מיצרן אחר למערכת וידאו-לרינוסקופ של VERATHON. יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.
- יש לדרוש תקופת אחריות כמקובל במוסד.
- חרכישה תמומש בהתאם לתוכנית הצטיידות 2017 שורה 39.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוח: הצעת מחיר

העתקים: ד"ר גיקי אור
ד"ר אבינה עירוני