

אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 18058

יחידה מזמינה: בנק הדם

מהות הרכישה: ריאגנטים לביצוע בדיקות סוג וסקר


סכום הרכישה מטבע ספק: 259,740 יורו כולל מע"מ.


ספק פוטנציאלי: איילקס ביוטק


1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 259740 יורו (כולל מע"מ)
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של 24 חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של 519480 יורו (כולל מע"מ) מצטבר.
3. הוועדה התכנסה בתאריך 6.1.19 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993


דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il
יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתומת המאשרים:


רונית שלביץ זאב


שמואל עזר


ע"יד רועי אדרי


יוסי שחך



Blood Bank

בנק הדם

07.10.2018

לכבוד וועדת מכרזים

בקשה להכיר במכשיר אוטומטי ERYTRA של חברת GRIFOLS (נציגים בארץ – חברת ILEX) כספק יחיד:

1. כרטיס סוג דם מלא (F+R) למבוגר בעל 8 באריות. כרטיס זה מכיל 2 באריות ל RhD (DVI- and DVI+) לגילוי ואריאנטים שונים ו - D weak כחלק מבדיקת סוג דם ראשונית. חשוב לבדיקת סוג לנשים בהריון ויולדות! כמו כן, כרטיס זה מכיל בארית anti-AB כבדיקת וידוא לתוצאת בדיקת סוג על פי כדוריות האדומות. בנוסף, באריות control ו REVERSE משלימות את הכרטיס.
2. כרטיס סוג דם ילוד בעל 8 באריות. כרטיס זה מכיל 2 באריות לבדיקת (AHG – DAT – monospecific and polyspecific and IgG wells) היכול לחסוך בבדיקות המשך כמו DAT SCREEN. כמו כן, ישנן 2 באריות ל RhD (DVI- and DVI+).
3. תחזוקה – טיפול חודשי בלבד נדרש למערכת, מה שהופך אותו ידידותי למשתמש - יתרון משמעותי למכשיר ERYTRA על פני המכשירים האחרים.
4. הזנה רציפה אמיתית של כרטיסים. למערכת האריתרה ישנן 4 מגירות להזנת כרטיסים שאינן תלויות אחת בשנייה, כלומר כשיש בדיקה דחופה ניתן לקדם אותה במכשיר לפני הבדיקות שכבר רוטיניות.
5. גיבוי פנימי של המודלים הקריטיים במערכת. למערכת האריתרה 4 אינקובטורים בלתי תלויים אחד בשני, היכולים לשנות טמפ' (מ37 ל 25 ולהיפך) לפי דרישות כמויות הבדיקות השונות. במקרה ואינקובטור אחד תקול, השאר יכולים לעבוד באין מפריע. למערכת האריתרה 2 צנטריפוגות בלתי תלויות אחת בשנייה, במקרה וצנטריפוגה אחת תקולה, השנייה יכולה לעבוד באין מפריע. מאפיין זה ייחודי למערכת האריתרה, שכן למכשירים האחרים בשוק יש רק אינקובטור אחד (המחולק ל 37 ו 25 מעלות קבוע). במקרה וישנה תקלה באינקובטור המכשיר מושבת. דבר זה קורה כאשר צנטריפוגה אחת מושבתת.

בברכה,
ד"ר הראובני מרה
מנהלת מעבדת בנק הדם

ד"ר אהובה גוטרייך
מנהלת אגף המעבדות
המרכז הרפואי ת"א

טל': 03-6973571 | פקס: 03-6974966

טל': *8801 | www.tasmc.org.il | רח' ויצמן 6, תל אביב, 6423906 Tel Aviv, Weizman St. 6