

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(הרפואה) מח, סמל
יחידה מזמינה:	ה.י.י. יריאסני (סמל)
תאריך:	26.12.18

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
9	1095082111	DERMATOM MODEL S6 HANDPIECE ONLY
1	1095082111	DERMATOM MODEL S6 HANDPIECE ONLY
8	1040015729	IN CLIP PADGETT MODEL S66
7	1040015711	IN CLIP FOR PADGETT MODEL S65
6	1040015703	IN CLIP FOR PADGETT MODEL S64
5	1040015695	IN CLIP FOR PADGETT MODEL S63
4	1040015687	IN CLIP FOR PADGETT MODEL S62
3	1040015679	IN CLIP FOR MODEL S61
2	1040015661	HEAD ASSEMBLY GUARD PLATE

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)



חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית
-------	---------------------------	------------------------



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

20 בדצמבר 2018  
מספרנו : מב/2018-0583  
תיק : 1147, 1001

לכבוד  
גב' לירון דניאלי פור  
בא

נכבדתי,

**הנדון: חדר ניתוח כירורגיה פלסטית – חו"ד לרכישת מכשיר דרמטום (Dermatome).**  
תכתובת מיום 10.12.18

בחדר ניתוח לכירורגיה פלסטית מצויים מכשירי דרמטום מתוצרת Integra Padgett (מדגם S בכמות 9 יח' ודגם S6 בכמות 1 יח').

3 מכשירים מדגם S ומכשיר אחד מדגם S6 ניווקו ונשלחו לצורך בדיקה אל היצרן.

תוצאות הבדיקה הבחירו כי מכשיר אחד מדגם S ניתן לתיקון וכל 3 המכשירים הנותרים (2 מדגם S ו-1 מדגם S6) התיקון אינו כדאי מהיבט כלכלי ולפיכך הם יושבתו.

בסימוכין מבהיר פרופ' חאייק כי הוא מבקש לרכוש 3 מכשירים מדגם S6 וזאת במסגרת עסקת חליפין (טרייד אין).

לדגם S6 יתרון משמעותי בכך שהוא מאפשר גמישות רבה יותר בבחירת גודל מקטעי העור (גראפטים) שיילקחו מהמטופל. הדגם S6 מאפשר לקחת גראפטים ברוחב של עד 6 אינץ' לעומת עד 4 אינץ' בדגם S. לתכונה זו חשיבות מיוחדת במקרי כוויות נרחבות בהם נדרש לקחת גראפטים גדולים המורכבים מכמה שפחות מקטעים, זאת על מנת להקטין את מידת הסיכון ואי-הנחות למטופל. דרישה מקצועית זו נמצאה מקובלת וקבילה.

לאור חנייל יש לממש הרכישה באופן הבא:

- הצעת מחיר מס' OF18001028 לרכישת הדגם S6 בכמות 1 יח' במסגרת עסקת טרייד-אין עם דגם S6 שניזוק.
- הצעת מחיר מס' OF18001061 לרכישת הדגם S6 בכמות 2 יח' במסגרת עסקת טרייד-אין עם שני דגמי S שניזוקו.

קיימת חשיבות עליונה לשמירה על אחידות המכשור. לפיכך ניתן לראות ביצרן ובנציגתו ספק בלעדי לרכישה זו.

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

מקור תקציבי – תוכנית הצטיידות 2018 סעיף השבתות.

יש להעביר חו"ד זו לרכש לצורך מימוש.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: פרופ' יוסף חאייק  
ד"ר ד. אורקין  
ד"ר יורם שדמי