

מרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

מספר	
חדר ניתוח לב	
15.07.2018	

_____ **מדינת ישראל** X _____ **קרן מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל חוראות תכ"ם מס' 7.8.1-1-7.8.2.

מערכות המיכה לבבית

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין X _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק	מאמדה בע"מ
מספר הספק	
(תוסף חוץ) (אם מילוי יחיד)	
ספק חוץ	X _____ ספק יחיד _____
ספק חוץ	_____ ספק חוץ _____
תקופת ההתקשרות	12 חודשיים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לשעיפים הבאים:


1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעילות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתווים התקשורת, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע התקשרות עימם ואת הסיבות לחיות הספק שלבניו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

<p>אבקש לרכוש מערכת אקמו של חברת מקט, זוהי המערכת היחידה המספקת אתריות והתוויה לשימוש לטווח של 30 יום, כל שאר המערכות מיועדות לשימוש לטווח קצר יותר.</p>
<p>כמו כן המשאבה הצנטריפוגלית המורכבת באקמו היא של חברת לבטרוניקס, זוהי המשאבה היחידה העובדת על העקרון של מננט צף, ובכך מאריכה את זמן השימוש במשאבה תוך הימנעות מסיבוכי המוליחה, דימום ותופעות דלקת ממושטת.</p>
<p>השימוש במערכות אלו מקובלות כיום כמערכת בלעדית באירופה ובארצות הברית לצורך מתן סיכוי מירבי במערכת תומכת לב ריאה לטווח בינוני - ECMO או ASSIST DEVICE</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערך התקשרות בחליף פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף חיותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל ניתוחי לב ילדים	דוד משאלי
	התפקיד בלתי סמכות המקצועית	עם בעל הסמכות המקצועית