

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
יחידה מזמינה:	מחלקת רפואת ילדים
תאריך:	19.02.14

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת פונוה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	8100062026	TSCD WAFER
1	1095082251	TSCD II STERILE CONNECTING DEVIC

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים חנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 21,012 + מע"מ





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

דחוף

14 בפברואר 2019  
מספר: מב/2019-0046  
תיק: 7007, 1240

לכבוד  
מר משה חמד  
כאן

**הנדון: מעבדה המטולוגית/פרויקט עזר מציון – חו"ד לרכישת מכשיר Tubing Welder**

א. דוא"ל מיום 11.2.19  
ב. תכתובת מיום 13.2.19

1. בהתאם לסימוכין א, נדרשת רכישת המכשיר הנדון בכמות של 1 יח.  
מדובר במכשיר המשמש לחיבור בין שני צינורות של שקיות מנות דם והפיכתם לאחד, ע"י חלחמה סטרילית. פעולת החלחמה מתבצעת באמצעות סכינים חד-פעמיים ייעודיים המחוממים לטמפי של 300°C.
  2. לחץ חדרישות העיקריות מהמכשור:
    - מכשיר שולחני.
    - יכולת חלחמת צינורות מסוג Polyvinyl Chloride (PVC) בפרט וכלל הסוגים המשמשים במעבדה.
    - התאמה לצינורות בקוטר ועובי של עד 4.6 ו-8 מ"מ בהתאמה.
    - מסך LCD המציג נתוני ומצב החלחמה תוך מוץ התראות בזמן אמת.
    - מדפים הניתנים לפירוק ורכיבה לצורך תמיכה בשקיות הדם בזמן פעולת החלחמה.
    - מכשור אשר ניתן לבחון ולחברשם מעבודתו באופן מלא במעבדה על מנת לבדוק התאמתו לנדרש – על ספק המכשור להיות מסוגל להביא המכשור לחדגמה בתוך זמן סביר.
  3. ליצרן Terumo BCT המכשור הנדרש מדגם TSCD II המשווק בארץ ע"י חברת "בפקס". הדגם נבדק בפועל במעבדה ונמצא מתאים לכל צרכיה.
- הבחנה:**  
קיימים יצרנים מתחרים למכשירי Tubing Welder בעלי נציגויות מקומיות כדוגמת החברות "מדטכניקה" ו-"מדיגל", אשר לא הובאו לחדגמה במעבדה במסגרת זמן סביר, בין היתר עקב חוסר זמינות מלאי (סימוכין ב').
4. לאור הנ"ל ניתן לראות ביצרן Terumo BCT באמצעות חברת "בפקס" ספק יחיד לרכישה זו.
  5. חרכישה תמומש בהתאם לחצעת מחיר מסי Q183482 הרצ"ב במלואה, הכוללת המכשיר מדגם TSCD II וקסטח אחת של סכינים סטריליים.  
על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
  6. יש להעביר חוות דעת זו למחלקת הרכש בצירוף סעיף תקציבי לצורך מימוש.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + חצעת מחיר