



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה:	למנן ק"י	מס' ועדה:	141380
מהות הרכישה:	שקווי ל"מ"ר	סכום הרכישה מטבע ספק:	118000
ספק פוטנציאלי:	ק"י ק"י	ערך בשקלים:	

הוועדה התכנסה בתאריך 28-10-14 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים

שמואל עמר	עו"ד רות פרי	יוסף שחר
מיכל אריאם	שירי ברוך	

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

12 באוקטובר 2014


סימוכין: 03-10

לכבוד
ועדת רכישות
כאן

אדוניים נכבדים,

הנדון: שדרוג סורק אונקולוגי BIG BORE BRILLIANCE CT במכון קרינה

במכון קרינה מותקן מכשיר BIG BORE BRILLIANCE CT סימולטור של חברת PHILIPS סוכן: PHILIPS משנת 2008, מס"ד ב"ח: 05828. המכשיר מוגבל מבחינה ביצועית ואיכות התמונה. אחרי השדרוג המכשיר מספק תמונות באיכות ורזולוציה גבוהה יותר. ממליץ לשדרג את המכשיר כולל תוכנה לצמצם קרינה METAL ARTIFACT REDUCTION, IDOSE לבדיקות אורטופדיה עם חשתלות ותוכנת ONCOLOGY WORKFLOW AND IMAGE QUALITY. שדרוג המערכת משיג שיפור משמעותי בביצועי המערכת אשר מתאפיינים בשיפור איכות תמונה וחאבחון. השדרוג כולל חומרה ותוכנות חדשות ויחודיות למערכת. לכן אבקש לראות בחברת PHILIPS כספק יחיד למקרה זה. יש אישורי אמ"ר ו-FDA.

בברכה,

שמריה מזליקאנט
מהנדס מחלקת מכשור רפואי