

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת המכרזים המשרדית

דרך המכבים, ראשון לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200

טל' 03-9485405/7 פקס – 03-9485849

תאריך: 08/11/2009

כוונה להתקשרות – ספק יחיד

אישור פרסום כוונה להתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (29) ספק יחיד בצרוף חוות דעת.

יחידה מבקשת השרותים להגנת הצומח ולביקורת

נושא: פטור ממכרז להחלפת HPLC במערכת LC-MS-MS

התקשרות עם אגנטק 1987 בע"מ ח.פ. 511243545

שווי ההתקשרות מ: 225,000 ₪ עד 225,000 ₪

תקופת ההתקשרות מ: 15-11-2009 עד 30-12-2009

איש קשר לקבלת השגות מהציבור: תמיר אשור

דואר אלקטרוני tamiras@moag.gov.il

מצ"ב חוות דעת מומחה.

נציג היחידה	מוטי ניר	דוד בן-נאים	יוסי שטיינברג	עו"ד חנאן טוחי	יחיאל רז
	חבר	חבר	חשב	נציג היועץ המשפטי	יו"ר הועדה

הנדון: אישור התקשרות בפטור לפי תקנה 3 (29) ספק יחיד

בנושא:

החלטת הועדה מיום

החלטה

בחלוף ימי הפרסום כדיון ובהעדר השגות, וועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות הנ"ל בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) בהתאם לנתונים המפורטים בהחלטת ועדת המכרזים לאישור פרסום כוונה להתקשרות.

נציג היחידה	מוטי ניר	דוד בן-נאים	יוסי שטיינברג	עו"ד חנאן טוחי	יחיאל רז
	חבר	חבר	חשב	נציג היועץ המשפטי	יו"ר הועדה

רכישת מכשיר HPLC למערכת LC-MS-MS מחברת אגנטק

המעבדה לשאריות חומרי הדברה בשרותים להגנת הצומח ולביקורת מבצעת ניטור של יותר מ-300 חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה ומעובדת, קונבנציונאלית ואורגנית. כ-100 מסה"כ החומרים הנבדקים מתגלים רק בעזרת המערכת LC-MS-MS. המערכת הקיימת במעבדה בנויה משני חלקים עיקריים:

1. LC-MS-MS עצמו שנרכש במרץ 2006 מחברת אגנטק.
2. HPLC (AGILENT, דגם 1100) שקיים במעבדה משנת 2002 נרכש מחברת אלדן.

על מנת לשפר את ביצועי המערכת LC-MS-MS יש צורך דחוף בעדכון תוכנת הפעלה של ה-LC-MS-MS ובהחלפת HPLC לדגם יותר עדכני.

מאז רכישת המכשיר LC-MS-MS ב-2006 אנו מתמודדים עם בעיית טיפול בתקלות בשני חלקי המערכת. הגורם העיקרי לכך שלמערכת יש שני אבות והם:

1. LC-MS-MS נמצא באחריות חברת "AGENTEC".
2. HPLC – באחריות של חברת "ELDAN".

דבר זה גורם לבעיות רבות בטיפול בתקלות, ובסופו של דבר מעכב את הפעלת המערכת בצורה מושלמת, וכתוצאה מכך מאריך את זמן מתן תשובות מעבדה.

לאחר פניה לחברת "AGENTEC" קיבלנו הצעה לרכישת HPLC מודרני ועדכני. ההצעה כוללת גם עדכון ללא תשלום של תוכנת הפעלה ועבוד נתונים שמשפרת בצורה מאוד משמעותית דיוק של אנליזה וזמן ביצוע בדיקה. כמו כן החברה מספקת ללא תשלום שני מחשבים – תחנת הפעלה ותחנת עיבוד נתונים. רכישת מכשיר HPLC מחברה אחרת משאירה אותנו עם אותם בעיות של טיפול בתקלות ותידרש השקעה של יותר מ-40.000 ₪ לרכישת תוכנה מעודכנת למערכת ושני מחשבים עם ביצועים מותאמים לעבודה עם תוכנה עדכנית לעיבוד הנתונים. אבקש בהתאם לנתונים שסיפקנו לאפשר לנו רכישת חבילת HPLC + תוכנה ושני מחשבים מחברת אגנטק שהיא החברה שמכרה לנו ואחראית היום על LC-MS-MS.

בכבוד רב,

פאולינה גולדשלג

מרכזת בכירה

(פיתוח שיטות והכרה במעבדות חיצוניות)