

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת המכרזים המשרדית

דרך המכבים, ראשון לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200

טל' 03-9485405/7 פקס – 03-9485849

תאריך: 18/10/2009

כוונה להתקשרות – ספק יחיד

אישור פרסום כוונה להתקשרות בפטור לפי תקנה 3 (29) ספק יחיד בצרוף חוות דעת.

יחידה מבקשת השרותים להגנת הצומח ולביקורת

נושא רכישת מערכת BIOLOG לזיהוי חיידקים

התקשרות עם אחים איזנברג בע"מ ח.פ. 510097272

שווי ההתקשרות מ: 206,920 ₪ עד

איש קשר לקבלת השגות מהציבור: ד"ר ישראל בן זאב

דואר אלקטרוני israelb@moag.gov.il

* מצ"ב חוות דעת מומחה.

חנאן טוחי, עו"ד
מ.ר. 41911

	
נציג היחידה מוטי ניר חבר	דוד בן-נאים חבר
	יוסי שטיינברג חשב

יחיאל רז יו"ר הועדה	עו"ד חנאן טוחי נציג היועץ המשפטי
------------------------	-------------------------------------

הנדון: אישור התקשרות בפטור לפי תקנה 3 (29) ספק יחיד

בנושא:

החלטת הועדה מיום

החלטה

בחלוף ימי הפרסום כדין ובהעדר השגות, וועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות הנ"ל בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) בהתאם לנתונים המפורטים בהחלטת ועדת המכרזים לאישור פרסום כוונת ההתקשרות.

			
נציג היחידה מוטי ניר חבר	דוד בן-נאים חבר	יוסי שטיינברג חשב	עו"ד חנאן טוחי נציג היועץ המשפטי
			יחיאל רז יו"ר הועדה

30 בספטמבר 2009

אל: ברכה ליטוין, כאן
מאת: ישראל בן-זאב

הנדון: חידוש מערכת BIOLOG לזיהוי חיידקים

ברכה שלום,

מערכת ה-BIOLOG לזיהוי חיידקים, במעבדה לאבחון מחלות צמחים, מושבתת בגלל תקלה במכשיר קורא הפלטות (microplate reader).

המערכת מורכבת מהמכשיר הנ"ל, מתוכנה המפעילה אותו ומספריית חיידקים, וכמובן ממחשב בו נמצאות התוכנות.

טכנאי חברת 'אחים אייזנברג', סוכני חברת BIOLOG בארץ, בדקו את המכשיר המקולקל והגיעו למסקנה כי הוא ישן מאד, אינו מיוצר עוד ולא ניתן לתקנו היות ואין חלפים. מצורף מכתב מחברת 'אחים אייזנברג' בנושא זה.

לבקשתנו, קבלנו הצעת מחיר להחלפת המכשיר בחדש, ולהחלפת התוכנות הקיימות בגרסאות חדשות.

החלפת המכשיר היא תנאי הכרחי להמשך תפקוד המערכת.

מצורפת הצעת המחיר.

בהכנת הזמנה, נא להתייחס לפריטים (line) 1, 2, 3, ו-5 בלבד, פריט 4 נמצא כבר אצלנו. אי לכך הסה"כ לפני מע"מ = 177,614 ₪.

חברת 'אחים אייזנברג' היא הסוכן הבלעדי של BIOLOG בארץ, לכן לא יכולות להיות הצעות מחיר נוספות ונדרש פטור ממכרז.

בברכה,
ד"ר ישראל בן-זאב
מנהל תחום אבחון

העתק:
מרים פרוינד,
מנהלת PPIS