

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הגדסה רפואית
טל : 03-6973208
פקס : 03-6973440

21 באוקטובר 2009

סימונין : 11-10


לכבוד
ועדת רכישות
בא"ר

אדוניים נכבדים,

הגיון: תיקון חדר צינטוריום מספר 1

במחלקת צינטוריום מותקנת מכונת INTTEGRIS XPER FD-10, מס"ד ב"י"ח : 02128, יצרן: PHILIPS,
סוכן: חבי "מדטכניקה" מ- 10.5.2005. בתאריך 18.10.09 לאחר בדיקת שיעורכה עם אנשי השרות
של חבי "מדטכניקה", התברר שהמערכת אינה עולה בתוצאה מחומר ניגוד שנמצאו בתוך יחידת הפיקוד
שבמכונה וגרמו לתקלה ולהשבחת המערכת.

על מנת למנוע את השבתת המערכת יש צורך להחליף את היחידה מיידית מחבי "מדטכניקה", ספק המערכת,
ונציג חבי PHILIPS בארץ.

בברכה,

שמריה מוזיקאנט
ראש צוות מכשור רנטגן
מהנדס מכשור רפואי