

**המרכז הרפואי תל-אביב**  
**מחלקת הנדסה רפואית**  
**טל: 03-6973208**  
**פקס: 03-6973440**

29 באוקטובר 2009

סימוני: 19-10

לכבוד  
וועדת רכישות  
מאן

**הנדון: החלפת ווידאופוריסור + מקור אור במכון גאסטרו**

במכון שבנדון נמצא בשמוש מזה מספר שנים אנדוסקופ בלון תוצרת OLYMPUS המתחבר לווידאופוריסור + מקור אור יעדי. לאחרונה חלה ירידה בהזלוציה ובהירות התמונה המתקבלת, הנובעת מהתשתותם של הווידאופוריסור ומקור אור.

חבי מדטכניקה (נציגת OLYMPUS) מציעה ווידאופוריסור + מקור אור חדש תואם לאנדוסקופ בלון. היות ומדובר על ציוד יחודי המהווה השלמה למערכת הקיימת של האנדוסקופ בלון – יש לראות בחבי מדטכניקה ספק יחיד למקרה זה ולרכוש ממה את הווידאופוריסור + מקור האור לפי ההצעה הרציני מס' A9011957 מ – 12.10.09. לפריטים יש אשור אמ"ר על בסיס CE (רצי"ב).

בברכה,

ד"ר ולנטין איניטראוב  
מנהל מחלקת הנדסה רפואית

